Conception du guide chirurgical
Liste de vérification

Vérifications obligatoires

Le guide chirurgical est suffisamment solide ; il ne comporte pas de régions fragiles susceptibles de se rompre pendant l'intervention chirurgicale.

☐

Toutes les douilles sont dotées d'un support approprié pour assurer la stabilité pendant l'intervention chirurgicale.



☐

Les fenêtres d'inspection ne doivent pas compromettre le support nécessaire pour le guide.



☐

J'ai défini les bonnes douilles selon la trousse de chirurgie que je prévois d'utiliser.

☐

Facultatif selon le cas

Si des extractions sont nécessaires :	
Je retirerai une ou plusieurs dents avant de mettre en place le guide. J'ai modifié l'anatomie avant de concevoir le guide, en tenant compte des extractions que je vais effectuer sur le patient avant de mettre en place le guide.	☐
Si une réduction interproximale est nécessaire :	
J'ai modifié l'anatomie avant de concevoir le guide, en tenant compte de l'intervention que je vais réaliser sur le patient avant de mettre en place le guide.	☐
Si la douille est placée profondément dans la gencive :	
J'ai prévu de faire un lambeau ou d'utiliser le bistouri circulaire. J'ai modifié l'anatomie avant de concevoir le guide, en tenant compte de l'intervention que je vais réaliser sur le patient avant de mettre en place le guide.	☐
Si la hauteur de la douille a été modifiée :	
J'ai défini la bonne hauteur selon la longueur de foret disponible dans la trousse de chirurgie que je prévois d'utiliser.	☐

Pour plus d'informations, consulter ZimVie.eu

ZimVie
4555 Riverside Drive
Palm Beach Gardens, FL 33410
Phone: +1-561-776-6700
Fax: +1-561-776-1272
dentalCS@ZimVie.com

ZimVie France SAS
Bâtiment Québec
19 Rue d'Arcueil
94528 Rungis Cedex
Tel. : 0141-05-43-43
Fax : 0141-05-43-40
ZV.commandes@ZimVie.com

implant concierge® | ZimVie

Sauf indication contraire, comme indiqué dans les présentes, toutes les marques de commerce et tous les droits de propriété intellectuelle sont la propriété de ZimVie Inc. et de ses filiales ; et tous les produits sont fabriqués par une ou plusieurs des filiales dentaires de ZimVie US Corp LLC (Biomet 3i, LLC, etc.) et distribués par ZimVie US Corp LLC et par ses partenaires de commercialisation autorisés. Classification au titre du RDM de l'UE : Guides chirurgicaux (Classe I). Les guides chirurgicaux sont destinés à guider les forets chirurgicaux en termes d'orientation et de profondeur, selon la planification du logiciel RealGUIDE, ou pour réaliser des ostéotomies guidées selon la planification du médecin. Les produits présentés ici ne sont pas remboursables en France. Pour les autres pays, consultez les lois et réglementations locales. Pour plus d'informations sur le produit, consultez l'étiquetage de produit individuel ou la notice d'utilisation du produit. L'autorisation et la disponibilité du produit peuvent être limitées à certains pays/certaines régions. Ce document s'adresse uniquement aux praticiens et n'a pas pour objectif de fournir un avis ou des recommandations d'ordre médical. La distribution à tout autre destinataire est formellement interdite. Ce document ne peut être ni copié ni réimprimé sans l'autorisation écrite expresse de ZimVie. ZV3339-EMEA-FR REV. A 02/26 ©2026 ZimVie. Tous droits réservés.

CE