Progettazione della dima chirurgica
Lista di controllo

Controlli obbligatori

La dima chirurgica è sufficientemente robusta e non presenta aree fragili che potrebbero rompersi durante l'intervento chirurgico.

☐

Tutte le boccole sono dotate di un supporto adatto a garantire la stabilità durante l'intervento chirurgico.



☐

Le finestre di ispezione non devono compromettere il necessario supporto della dima.




☐

Inserisco le boccole corrette per il kit chirurgico che intendo utilizzare.

☐

Facoltativamente, in base al caso

Se sono necessarie estrazioni:	
Prima di posizionare la dima, estrarrò uno o più denti. Prima di progettare la dima, ho modificato l'anatomia tenendo conto delle estrazioni che eseguirò sul paziente prima di posizionare la dima.	☐
Se è necessaria una riduzione interprossimale:	
Prima di progettare la dima, ho modificato l'anatomia tenendo conto della procedura che eseguirò sul paziente prima di posizionare la dima.	☐
Se è previsto l'inserimento della boccola in profondità nel tessuto:	
Ho programmato di scollare un lembo o di utilizzare il mucotomo. Prima di progettare la dima, ho modificato l'anatomia tenendo conto della procedura che eseguirò sul paziente prima di posizionare la dima.	☐
Se l'offset della boccola è stato modificato:	
Imposto l'offset corretto rispetto alla lunghezza della fresa disponibile nel kit chirurgico che intendo utilizzare.	☐

Per ulteriori informazioni, visitare il sito ZimVie.eu

ZimVie
4555 Riverside Drive
Palm Beach Gardens, FL 33410
Phone: +1-561-776-6700
Fax: +1-561-776-1272
dentalCS@ZimVie.com

ZimVie Italy s.r.l.
Viale Italia n.205/D
31015 Conegliano (TV)
Tel: + 39-0438-37681
ZimVie.Italy@ZimVie.com

implant concierge® | ZimVie

Salvo diverse indicazioni, tutti i marchi e i diritti di proprietà intellettuale qui indicati sono di proprietà di ZimVie Inc. e delle sue società affiliate. Tutti i prodotti sono fabbricati da una o più consociate di ZimVie US Corp LLC del settore dentale (Biomet 3i, LLC, ecc.) e sono distribuiti da ZimVie US Corp LLC e dai suoi partner commerciali autorizzati. Classificazione MDR UE: dime chirurgiche (Classe I). L'uso previsto delle dime chirurgiche è guidare le frese chirurgiche per quanto riguarda orientamento e profondità, in base alla pianificazione del software RealGUIDE, o eseguire osteotomie guidate in base alla pianificazione del medico. In Francia, i prodotti qui mostrati non sono rimborsabili. Per gli altri Paesi, consultare le leggi e le normative locali. Per ulteriori informazioni, vedere l'etichetta del singolo prodotto o le istruzioni per l'uso specifiche. L'autorizzazione alla distribuzione dei prodotti e la loro disponibilità potrebbero essere limitate a determinati Paesi/aree geografiche. Questo materiale è destinato esclusivamente ai medici e non include indicazioni o raccomandazioni di carattere medico. È vietata la distribuzione a qualsiasi altro destinatario. Questo materiale non può essere copiato o ristampato senza l'esplicito consenso scritto di ZimVie. ZV3339-EMEA-IT REV A 02/26 ©2026 ZimVie. Tutti i diritti riservati.

CE