Lista de verificação do **desenho da guia cirúrgica**

Verificações obrigatórias

A guia cirúrgica é suficientemente resistente, não existem regiões frágeis que possam partir-se durante a cirurgia.

☐

Todas as mangas têm um suporte adequado para garantir a estabilidade durante a cirurgia.



☐

As janelas de inspeção não devem comprometer o suporte de guia necessário.




☐

Defini as mangas corretas em relação ao kit cirúrgico que planeio utilizar.

☐

Opcional de acordo com o caso

Se forem necessárias extrações:	
Irei remover um ou mais dentes antes de colocar a guia. Antes de desenhar a guia, editei a anatomia, tendo em consideração as extrações que realizarei no paciente antes de colocá-la.	☐
Se for necessária redução interproximal:	
Antes de desenhar a guia, editei a anatomia, tendo em consideração o procedimento que realizarei no paciente antes de colocá-la.	☐
Se a manga estiver planeada para uma profundidade no tecido:	
Planeei refletir um retalho ou usar o perfurador de tecido. Antes de desenhar a guia, editei a anatomia, tendo em consideração o procedimento que realizarei no paciente antes de colocá-la.	☐
Se o desvio da manga tiver sido modificado:	
Defini o desvio correto em relação ao comprimento da broca disponível no kit cirúrgico que planeio utilizar.	☐

Para obter mais informações, visite ZimVie.eu

ZimVie
4555 Riverside Drive
Palm Beach Gardens, FL 33410
Telefone: +1-561-776-6700
Fax: +1-561-776-1272
dentalCS@ZimVie.com

ZimVie Spain S.L.U.
WTC Almeda Park, Ed. 4, Pl. 2
C/Tirso de Molina, 40 (entrada Plaça de la Pau)
08940, Cornellà de Llobregat, Espanha
Atención al cliente: 800-827-836
Fax para pedidos: +34-93-445-81-36
ZV.pedidos@ZimVie.com

implant concierge® | ZimVie

Salvo indicação em contrário, conforme aqui mencionado, todas as marcas comerciais e os direitos de propriedade intelectual são propriedade da ZimVie Inc. ou de uma afiliada, e todos os produtos são fabricados por uma ou mais subsidiárias da divisão de medicina dentária da ZimVie US Corp LLC (Biomet 3i, LLC, etc.) e distribuídos pela ZimVie US Corp LLC e pelos seus parceiros de comercialização autorizados. Classificação do RDM da UE: Guias cirúrgicas (Classe I). A utilização prevista das guias cirúrgicas destinam-se a guiar as brocas cirúrgicas, em orientação e profundidade, de acordo com o planeamento do software RealGUIDE, ou para realizar osteotomias guiadas de acordo com o planeamento do médico. Os produtos aqui apresentados não são elegíveis para reembolso em França. Para outros países, consulte as leis e os regulamentos locais. Para obter informações adicionais sobre os produtos, consulte os rótulos individuais do produto ou as instruções de utilização. Os produtos podem não estar disponíveis ou autorizados em determinados países/regiões. Este material destina-se apenas a profissionais médicos e não constitui parecer ou recomendações médicas. É proibida a distribuição a qualquer outro destinatário. Este material não pode ser copiado nem reproduzido sem o expresso consentimento escrito da ZimVie. ZV3339-EMEA-PT REV A 02/26 ©2026 ZimVie. Todos os direitos reservados.

CE