Catalogo dei prodotti

TSX®

Sistema di impianto

ZimVie



Indice

Impianti dentali **3**
Impianti TSX® 3

Componenti di guarigione **4**
Linee guida per la scelta del collare di guarigione 4
Abutment di guarigione Encode® Emergence 4
Abutment di guarigione Encode 4
Collari di guarigione 5

Protesi **6**
Transfer per impronta 6
Restauri provvisori 7
Restauri digitali 8
Restauri cementati 9
Restauri in oro sovrafondibili 12
Restauri a vite 13
Restauri con overdenture 16
Strumenti protesici 18

Sistema del kit chirurgico modulare TSX **20**
Tabella della disposizione 20
Sistema del kit chirurgico modulare TSX per impianti TSX 24
Kit TSX, configurazione modulare 25
Informazioni per l'ordinazione delle preferenze modulari personalizzate 27

Kit chirurgico e strumentazione **28**
Frese chirurgiche serie Dríva™ Gold 28
Strumentario per chirurgia guidata 31
Componenti del kit RealGUIDE® Z3D™ completamente guidato 32
Profilatori ossei 34

Impianti TSX



Viti chirurgiche di copertura

Incluse con l'impianto.

Piattaforma implantare		
NP (2,9 mmD)	3,5 mmD	4,5 mmD
CCSNP	TSC	TSCW

Impianti TSX

Include la vite di copertura e un perno di allineamento opzionale per facilitare il parallelismo durante il posizionamento di più impianti.

Diametro dell'impianto	Piattaforma implantare	Connessione a esagono interno	Lunghezza dell'impianto				
			8 mmL	10 mmL	11,5 mmL	13 mmL	16 mmL
3,1 mmD	2,9 mmD	2,1 mmD	TSX31B8	TSX31B10	TSX31B11	TSX31B13	TSX31B16
3,7 mmD	3,5 mmD	2,5 mmD	TSX37B8	TSX37B10	TSX37B11	TSX37B13	TSX37B16
4,1 mmD	3,5 mmD	2,5 mmD	TSX41B8	TSX41B10	TSX41B11	TSX41B13	TSX41B16
4,7 mmD*	3,5 mmD	2,5 mmD	TSX47B8	TSX47B10	TSX47B11	TSX47B13	TSX47B16
5,4 mmD	4,5 mmD	2,5 mmD	TSX54B8	TSX54B10	TSX54B11	TSX54B13	TSX54B16
6,0 mmD*	4,5 mmD	2,5 mmD	TSX6B8	TSX6B10	TSX6B11	TSX6B13	TSX6B16

*Nota: l'impianto 4,7 mmD presenta una piattaforma 3,5 mmD con codice colore verde, mentre l'impianto 6,0 mmD presenta una piattaforma 4,5 mmD con codice colore viola, a differenza degli impianti TSV®.

Componenti di guarigione

Linee guida per la scelta del collare di guarigione

Scelta di un collare di guarigione

- Determinare la dimensione della piattaforma implantare
- Selezionare il profilo di emergenza che meglio si adatta al sito da ripristinare. Il profilo deve corrispondere al transfer e/o all'abutment da utilizzare
- Selezionare l'altezza della cuffia in modo che la parte superiore del componente sporga leggermente sopra il tessuto circostante



HC3/TEHA3/TEEHA3 = Collare di guarigione 3,5 mmD (piattaforma implantare)
HC4/TEHA4/TEEHA4 = Collare di guarigione 4,5 mmD (piattaforma implantare)

Esempio:
TEEHA333 = Abutment di guarigione 3,5 mmD (piattaforma implantare), profilo di emergenza 3,8 mmD, altezza della cuffia 3,0 mm (le due cifre centrali corrispondono al profilo, l'ultima cifra corrisponde all'altezza)
TEHA3383 = Abutment di guarigione di 3,5 mmD (piattaforma implantare), profilo di emergenza di 3,8 mmD, altezza della cuffia 3,0 mm (le due cifre centrali corrispondono al profilo, l'ultima cifra corrisponde all'altezza)
HC343 = Collare di guarigione di 3,5 mmD (piattaforma implantare), profilo di emergenza di 4,5 mmD, altezza della cuffia 3,0 mm (la seconda cifra corrisponde al profilo, la terza cifra corrisponde all'altezza)

Abutment di guarigione Encode Emergence*

L'abutment di guarigione Encode è un abutment di guarigione/cappetta per impronta/scan body a due pezzi 3 in 1.

Abutment di guarigione Encode Emergence per impianti TSX 3,1 mmD

Piattaforma implantare	Profilo di emergenza	Altezza della cuffia		
		3,0 mm	5,0 mm	7,0 mm
2,9 mmD	3,7 mmD	CEEHA333	CEEHA335	CEEHA337
	4,5 mmD	CEEHA343	CEEHA345	CEEHA347

Abutment di guarigione Encode Emergence per impianti TSX

Piattaforma implantare	Profilo di emergenza	Altezza della cuffia		
		3,0 mm	5,0 mm	7,0 mm
3,5 mmD	3,8 mmD	TEEHA333	TEEHA335	TEEHA337
3,5 mmD	5,0 mmD	TEEHA353	TEEHA355	TEEHA357
3,5 mmD	6,5 mmD	TEEHA363	TEEHA365	TEEHA367
4,5 mmD	4,5 mmD	TEEHA443	TEEHA445	TEEHA447
4,5 mmD	5,5 mmD	TEEHA453	TEEHA455	TEEHA457
4,5 mmD	6,5 mmD	TEEHA463	TEEHA465	TEEHA467
4,5 mmD	7,5 mmD	TEEHA473	TEEHA475	TEEHA477

*Non disponibile in tutti i mercati.

Collari di guarigione

Piattaforma implantare	Profilo di emergenza	Altezza della cuffia		
		1,5 mm	3,0 mm	4,5 mm
NP (2,9 mmD)	3,7 mmD	CHCNP31	CHCNP33	CHCNP34
NP (2,9 mmD)	4,5 mmD	CHCNP41	CHCNP43	CHCNP44

Piattaforma implantare	Profilo di emergenza	Altezza della cuffia		
		3,0 mm	5,0 mm	7,0 mm
3,5 mmD	3,5 mmD (senza svasatura)	HC333	HC335	—
3,5 mmD	4,5 mmD	HC343	HC345	HC347
3,5 mmD	5,5 mmD	HC353	HC355	—
4,5 mmD	4,5 mmD (senza svasatura)	HC443	HC445	—
4,5 mmD	5,5 mmD	HC453	HC455	HC457
4,5 mmD	6,5 mmD	HC463	HC465	—

Protesi

Transfer per impronta

Dispositivo di montaggio/transfer

Non incluso con l'impianto TSX. Vite di ritenzione inclusa (URS2). Può essere utilizzato come abutment provvisorio preparabile.

Piattaforma implantare	Profilo di emergenza	Cod. articolo
3,5 mmD	4,5 mmD	FMT3
4,5 mmD	5,5 mmD	FMT4
Vite di ritenzione di ricambio	—	URS2

Transfer indiretti (procedura cucchiaio chiuso)

Codificato con codice colore della piattaforma implantare. Include una vite di ritenzione (CASLT).

Piattaforma implantare	Profilo di emergenza	Altezza della cuffia		
		1,5 mm	3,0 mm	4,5 mm
NP (2,9 mmD)	3,7 mmD	CITNP31	CITNP33	CITNP34
NP (2,9 mmD)	4,5 mmD	CITNP41	CITNP43	CITNP44
Vite di ritenzione di ricambio		CASLT	CASLT	CASLT

Codificato con codice colore della piattaforma implantare. Vite di ritenzione inclusa (HLTS2).

Piattaforma implantare	Profilo di emergenza			
	3,5 mmD	4,5 mmD	5,5 mmD	6,5 mmD
3,5 mmD	HLT3/3	HLT3/4	HLT3/5	—
4,5 mmD	—	HLT4/4	HLT4/5	HLT4/6
Vite di estensione di 3,0 mm per transfer indiretto	HLTE	HLTE	HLTE	HLTE
Vite di ritenzione di ricambio	HLTS2	HLTS2	HLTS2	HLTS2

Transfer diretti (procedura cucchiaio aperto)

Codificato con codice colore della piattaforma implantare. Include una vite di ritenzione (CASLC).

Piattaforma implantare	Profilo di emergenza	Altezza della cuffia		
		1,5 mm	3,0 mm	4,5 mm
NP (2,9 mmD)	3,7 mmD	CDTNP31	CDTNP33	CDTNP34
NP (2,9 mmD)	4,5 mmD	CDTNP41	CDTNP43	CDTNP44
Vite di ritenzione di ricambio		CASLC	CASLC	CASLC

Codificato con codice colore della piattaforma implantare. Include una vite di ritenzione (DHTS).

Piattaforma implantare	Profilo di emergenza			
	3,5 mmD	4,5 mmD	5,5 mmD	6,5 mmD
3,5 mmD	DHT3/3	DHT3/4	DHT3/5	—
4,5 mmD	—	DHT4/4	DHT4/5	DHT4/6
Vite di ritenzione di ricambio	DHTS	DHTS	DHTS	DHTS

Analoghi di impianti di titanio per modelli in gesso

Codificato con codice colore della piattaforma implantare.

Piattaforma implantare	Cod. articolo
NP (2,9 mmD)	CIANP
3,5 mmD	IA3
4,5 mmD	IA4

Restauri provvisori

Abutment provvisorio in titanio

Include una vite di ritenzione (CUAS) e una vite di lavorazione lunga (CASLC).

Piattaforma implantare	Profilo di emergenza	Cod. articolo
NP (2,9 mmD)	3,5 mmD	CTANP31
Vite di ritenzione di ricambio		CUAS
Vite di lavorazione lunga di ricambio		CASLC

Abutment provvisori in plastica dritti

Include una vite di ritenzione e una vite di lavorazione (DHTS2).

Piattaforma implantare	Profilo di emergenza	Altezza della cuffia	
		1,0 mm	4,0 mm
3,5 mmD	4,5 mmD	PT341S	PT344S
4,5 mmD	5,5 mmD	PT451S	PT454S
Vite di ritenzione di ricambio, lunga		DHTS2	DHTS2

Abutment provvisori in plastica, angolati, 17°

Include una vite di ritenzione e una vite di lavorazione (DHTS2).

Piattaforma implantare	Profilo di emergenza	Altezza della cuffia	
		1,0 mm	4,0 mm
3,5 mmD	4,5 mmD	PT341A	PT344A
4,5 mmD	5,5 mmD	PT451A	PT454A
Vite di ritenzione di ricambio, lunga		DHTS2	DHTS2

Restauri digitali

Abutment specifici per il paziente

Disponibili in titanio.

Progettazione assistita da calcolatore e precisione CAD/CAM con fresature personalizzate.
Per ulteriori informazioni, contattare un rappresentante di ZimVie.

NOTA: gli abutment specifici per il paziente sono disponibili solo in alcuni mercati.

Strumenti e accessori

Descrizione	Cod. articolo	
Chiave dinamometrica protesica Coppia regolabile da 10 Ncm a 35 Ncm	TWR	
Chiave a cricchetto a coppia ridotta con indicatore (include adattatore dispositivo di bloccaggio C9980)	L-TIRW	
Adattatore standard ISO 1797 dispositivo di bloccaggio per chiave a cricchetto a coppia ridotta con indicatore	C9980	
Cricchetto di ritenzione quadrato GemLock® per restauri con HX1.25, HXL1.25 e SRT	RSR	

Protesi cementate

Schema dei codici colore: profilo di emergenza degli abutment/componenti protesici Hex-Lock® anatomici e corti

I colori corrispondono al profilo di emergenza dell'abutment sugli abutment anatomici Hex-Lock e corti e i relativi componenti anatomici e protesici corti.

Profilo di emergenza dell'abutment*	Codice cromatico
4,5 mmD	Marrone chiaro
5,5 mmD	Rosa

*Per i componenti protesici anatomici Hex-Lock e corti.

Abutment anatomici Hex-Lock, dritti

Include una vite di ritenzione (CUAS).

Piattaforma implantare	Profilo di emergenza	Altezza della cuffia		
		1,5 mm	3,0 mm	4,5 mm
NP (2,9 mmD)	3,7 mmD*	CANP31S	CANP33S	CANP34S
NP (2,9 mmD)	4,5 mmD*	CANP41S	CANP43S	CANP44S
Vite di ritenzione di ricambio		CUAS	CUAS	CUAS

*Gli abutment anatomici con profilo di emergenza da 3,7 mmD non sono compatibili con i componenti protesici anatomici da 3,5 mmD.

Include una vite di ritenzione (MHLAS).

Piattaforma implantare	Profilo di emergenza	Altezza della cuffia		
		1,0 mm	2,0 mm	3,0 mm
3,5 mmD	4,5 mmD	ZOA341S	ZOA342S	ZOA343S
4,5 mmD	4,5 mmD	ZOA441S	ZOA442S	ZOA443S
4,5 mmD	5,5 mmD	ZOA451S	ZOA452S	ZOA453S
Vite di ritenzione di ricambio		MHLAS	MHLAS	MHLAS

Abutment anatomici Hex-Lock, angolati a 17°

Include una vite di ritenzione (CUASA o CUAS).

Piattaforma implantare	Profilo di emergenza	Altezza della cuffia	
		1,5 mm	3,0 mm
NP (2,9 mmD)	3,7 mmD*	CANP31A	CANP33A
NP (2,9 mmD)	4,5 mmD**	CANP41A	CANP43A
Vite di ritenzione di ricambio		CUASA	CUAS

Vite di ritenzione inclusa (AH20S).

Piattaforma implantare	Profilo di emergenza	Altezza della cuffia	
		1,0 mm	2,0 mm
3,5 mmD	4,5 mmD	ZOA341A	ZOA342A
4,5 mmD	4,5 mmD	ZOA441A	ZOA442A
4,5 mmD	5,5 mmD	ZOA451A	ZOA452A
Vite di ritenzione di ricambio		AH20S	AH20S

Try-In e kit Try-In per abutment anatomici

Piattaforma implantare	Profilo di emergenza	Descrizione	Cod. articolo
3,5 mmD	4,5 mmD	Set di 5: vari angoli e altezze delle cuffie	ZOAT34
4,5 mmD	5,5 mmD	Set di 5: vari angoli e altezze delle cuffie	ZOAT45
Tutti	Tutti	3 set da 5: tutte le misure	ZOATKIT

Cappette provvisorie anatomiche

Profilo di emergenza	Dritto	17°
4,5 mmD	ZCPROV4S	ZCPROV4A
5,5 mmD	ZCPROV5S	ZCPROV5A

Cappette per impronta anatomiche

Profilo di emergenza	Dritto	17°
4,5 mmD	ZOCIMP4S	ZOCIMP4A
5,5 mmD	ZOCIMP5S	ZOCIMP5A

Analoghi di abutment anatomici, titanio

Profilo di emergenza	Dritto	Angolato
4,5 mmD	TCANA4S	TCANA4A
5,5 mmD	TCANA5S	TCANA5A

Cappette calcinabili anatomiche

Profilo di emergenza	Dritto	17°
4,5 mmD	ZOCWAX4S	ZOCWAX4A
5,5 mmD	ZOCWAX5S	ZOCWAX5A

Abutment Hex-Lock corti

Include una vite di ritenzione (MHLAS).

Piattaforma implantare	Profilo di emergenza	Altezza della cuffia	
		1,0 mm	2,0 mm
3,5 mmD	4,5 mmD	SA341	SA342
4,5 mmD	5,5 mmD	SA451	SA452
Vite di ritenzione di ricambio		MHLAS	MHLAS

Cappette provvisorie corte

Profilo di emergenza	Cod. articolo
4,5 mmD	SAPROVP4
5,5 mmD	SAPROVP5

Cappette per impronta corte

Profilo di emergenza	Cod. articolo
4,5 mmD	SAIMP4
5,5 mmD	SAIMP5

Analoghi di abutment corti, titanio

Profilo di emergenza	Cod. articolo
4,5 mmD	SAANA4
5,5 mmD	SAANA5

Cappette calcinabili corte

Profilo di emergenza	Cod. articolo
4,5 mmD	SAWAX4
5,5 mmD	SAWAX5

Abutment Hex-Lock

Include una vite di ritenzione (MHLAS).

Piattaforma implantare	Profilo di emergenza			
	3,5 mmD	4,5 mmD	5,5 mmD	6,5 mmD
3,5 mmD	HLA3/3	HLA3/4	HLA3/5	—
4,5 mmD	—	HLA4/4	HLA4/5	HLA4/6
Vite di ritenzione di ricambio, corta	MHLAS	MHLAS	MHLAS	MHLAS
Vite di ritenzione di ricambio, lunga	HLTS2	HLTS2	HLTS2	HLTS2

Abutment angolati a 20°

Include una vite di ritenzione (CUAS).

Piattaforma implantare	Profilo di emergenza	Cod. articolo
NP (2,9 mmD)	3,5 mmD	C20A3
Vite di ritenzione di ricambio		CUAS

Vite di ritenzione inclusa (AH2OS).

Piattaforma implantare	Profilo di emergenza	Cod. articolo
3,5 mmD	4,5 mmD	AH20/4
4,5 mmD	5,5 mmD	AH20W/5
Vite di ritenzione di ricambio	—	AH20S

Restauri in oro sovrafondibili

Abutment in oro sovrafondibili, rotazionali

Include una vite di ritenzione (CUAS).

Piattaforma implantare	Profilo di emergenza	Cod. articolo
NP (2,9 mmD)	3,5 mmD	CEANP31
Vite di ritenzione di ricambio		CUAS
Vite di lavorazione lunga		CASLC

Include una vite di ritenzione (MHLAS).

Piattaforma implantare	Cod. articolo
3,5 mmD	HLA3G
4,5 mmD	HLA4G
Vite di ritenzione di ricambio	MHLAS
Vite di ceratura per abutment sovrafondibili	MTWSD

Abutment in oro sovrafondibili, non rotazionali

Include una vite di ritenzione (MHLAS).

Piattaforma implantare	Cod. articolo
3,5 mmD	NEA3G
4,5 mmD	NEA4G
Vite di ritenzione di ricambio	MHLAS

Restauri avvitati

Abutment multi-unit universali dritti

L'abutment senza ingaggio non si innesta nella connessione esagonale interna. Non utilizzabile per restauri singoli. Cappetta di guarigione (UMUA-HCS) venduta separatamente.

Piattaforma implantare	Altezza del collare				
	1,0 mm	2,0 mm	3,0 mm	4,0 mm	5,0 mm
NP (2,9 mmD)	UMUA-NP291S	UMUA-NP292S	UMUA-NP293S	UMUA-NP294S	UMUA-NP295S
3,5 mmD	UMUA-TSV351S	UMUA-TSV352S	UMUA-TSV353S	UMUA-TSV354S	UMUA-TSV355S
4,5 mmD	UMUA-TSV451S	UMUA-TSV452S	UMUA-TSV453S	UMUA-TSV454S	UMUA-TSV455S

Abutment multi-unit universali angolati, 17°

Gli abutment si innestano nella connessione esagonale interna. Non utilizzare per restauri singoli (include vite di ritenzione pre-assemblata).

Piattaforma implantare	Altezza del collare	
	2,5 mm	3,5 mm
NP (2,9 mmD)	UMUA-NP2925-17S	UMUA-NP2935-17S
3,5 mmD	UMUA-TSV3525-17S	UMUA-TSV3535-17S
4,5 mmD	UMUA-TSV4525-17S	UMUA-TSV4535-17S

Abutment multi-unit universali angolati, 30°

Gli abutment si innestano nella connessione esagonale interna. Non utilizzare per restauri singoli (include vite di ritenzione pre-assemblata).

Piattaforma implantare	Altezza del collare	
	3,5 mm	4,5 mm
NP (2,9 mmD)	UMUA-NP2935-30S	UMUA-NP2945-30S
3,5 mmD	UMUA-TSV3535-30S	UMUA-TSV3545-30S
4,5 mmD	UMUA-TSV4535-30S	UMUA-TSV4545-30S

Cappetta di guarigione per abutment universale

La cappetta di guarigione si avvita sull'abutment multi-unit universale e sull'abutment multi-unit angolato.

Descrizione	Cod. articolo
Cappetta di guarigione per abutment universale	UMUA-HCS

Transfer da impronta per abutment universale

Il transfer da impronta si avvita sull'abutment multi-unit universale e sull'abutment multi-unit angolato per l'acquisizione dell'impronta. Questo metodo consente di effettuare il transfer della posizione dell'abutment.

Descrizione	Altezza	Cod. articolo
Transfer da impronta per abutment universale, con cucchiaio aperto Include viti del transfer	12 mm	UMUA-OTIC
Transfer da impronta per abutment universale, con cucchiaio chiuso	5 mm	UMUA-CTICS
Transfer da impronta per abutment universale, con cucchiaio chiuso (q.tà 4)	5 mm	UMUA-CTICS4
Transfer da impronta per abutment universale, con cucchiaio chiuso	8 mm	UMUA-CTICL
Transfer da impronta per abutment universale, con cucchiaio chiuso (q.tà 4)	8 mm	UMUA-CTICL4

Scan body per abutment universale

Lo scan body si avvita sull'abutment multi-unit universale e sull'abutment multi-unit angolato.

Descrizione	Cod. articolo
Scan body per abutment universale, intraorale	UMUA-SBIO
Scan body per abutment universale, Ti-Base, (q.tà 5)	UMUA-SBTB5
Scan body per abutment universale, desktop Include vite multi-unit (UMUA-S)	UMUA-SBDT

Ti-Base per abutment universale

Il Ti-Base si avvita sull'abutment multi-unit universale e sull'abutment multi-unit angolato.

Descrizione	Altezza	Cod. articolo
Ti-Base per abutment universale Include vite multi-unit (UMUA-S)	6 mm	UMUA-TTS
Ti-Base per abutment universale Include vite multi-unit (UMUA-S)	8 mm	UMUA-TTL

Ti-Base con canale della vite angolato per abutment universale

Descrizione	Cod. articolo
Ti-Base con canale della vite angolato per abutment universale Include una vite con canale angolato (UMUA-ASCTS)	UMUA-ASCT

Analogo di abutment universale per modelli in gesso

Descrizione	Cod. articolo
Analogo di abutment universale	UMUA-A

Analogo digitale di abutment universale

Descrizione	Cod. articolo
Analogo digitale di abutment universale Include vite multi-unit (UMUA-S)	UMUA-DA

Viti di riserva per componenti multi-unit universali

Descrizione	Cod. articolo
Vite multi-unit universale	UMUA-S
Vite con canale angolato universale	UMUA-ASCTS

Cilindro temporaneo per abutment universale

Il cilindro temporaneo si avvita sull'abutment multi-unit universale e sull'abutment multi-unit angolato.

Descrizione	Cod. articolo
Cilindro temporaneo per abutment universale Include vite multi-unit (UMUA-S)	UMUA-TCS

Attacco OverdenSURE® per abutment universale

Descrizione	Cod. articolo
Attacco OverdenSURE per abutment universale	UMUA-ODS

Restauri per overdenture

Sistema di ancoraggio rimovibile OverdenSURE

Altezza del collare	Piattaforma implantare		
	NP(2,9 mmD)	3,5 mmD	4,5 mmD
1,0 mm	ODS-NP201	ODS-TSV301	ODS-TSV401
2,0 mm	ODS-NP202	ODS-TSV302	ODS-TSV402
3,0 mm	ODS-NP203	ODS-TSV303	ODS-TSV403
4,0 mm	ODS-NP204	ODS-TSV304	ODS-TSV404
5,0 mm	ODS-NP205	ODS-TSV305	ODS-TSV405
6,0 mm	ODS-NP206	ODS-TSV306	ODS-TSV406

Kit di ritenzione ODS-RIKIT2001 incluso. Disponibile in tutte le aree geografiche attive ad eccezione degli Stati Uniti

Strumenti e accessori OverdenSURE

Cappetta per impronta, q.tà 1	ODS-IC01	
Cappetta per impronta, q.tà 4	ODS-IC04	
Cappetta per impronta, q.tà 10	ODS-IC010	
Analogo, q.tà 1	ODS-AA01	
Analogo, q.tà 4	ODS-AA04	
Analogo, q.tà 10	ODS-AA010	
Kit di ritenzione 20°, q.tà 1 set	ODS-RIKIT2001	
Kit di ritenzione 20°, q.tà 2 set	ODS-RIKIT2002	
Kit di ritenzione 40°, q.tà 1 set	ODS-RIKIT4001	
Kit di ritenzione 40°, q.tà 2 set	ODS-RIKIT4002	
Inserto di ritenzione blu 20°, q.tà 4	ODS-RIB2004	
Inserto di ritenzione rosa 20°, q.tà 4	ODS-RIP2004	
Inserto di ritenzione trasparente 20°, q.tà 4	ODS-RIC2004	

Inserto di ritenzione rosso 40°, q.tà 4	ODS-RIR4004	
Inserto di ritenzione giallo 40°, q.tà 4	ODS-RIY4004	
Inserto di ritenzione verde 40°, q.tà 4	ODS-RIG4004	
Cappetta dell'alloggiamento di ritenzione, q.tà 1	ODS-RH01	
Cappetta dell'alloggiamento di ritenzione, q.tà 4	ODS-RH04	
Cappetta dell'alloggiamento di ritenzione, q.tà 10	ODS-RH010	
Spaziatore di riempimento, q.tà 20	ODS-BS020	
Driver per abutment	ODS-DRVR	
Strumento di rimozione e inserimento	ODS-IRTOOL	
Attacco per barra abutment, q.tà 1	ODS-BARATT01	
Attacco per barra abutment, q.tà 2	ODS-BARATT02	
Attacco per barra abutment, q.tà 4	ODS-BARATT04	
Scan body, q.tà 10	ODS-SB010	

Abutment a sfera

Gli abutment non si inseriscono nella connessione a esagono interno. Include l'alloggiamento per l'attacco della cappetta e il rivestimento in nylon.

Piattaforma implantare	Altezza della cuffia		
	2,0 mm	4,0 mm	6,0 mm
NP (2,9 mmD)	CBANP2	CBANP4	CBANP6
3,5 mmD	BAC2	BAC4	BAC6
4,5 mmD	BACW2	BACW4	BACW6

Componenti per transfer di abutment a sfera

Descrizione	Cod. articolo
Transfer per abutment a sfera (q.tà 2)	BAT
Replica abutment a sfera	BAR

Componenti protesici

Descrizione	Cod. articolo
Alloggiamento per l'attacco della cappetta (CAH)/Rivestimento in nylon dell'attacco della cappetta (CAN)	CA
Alloggiamento per l'attacco della cappetta	CAH
Rivestimento in nylon dell'attacco della cappetta, trasparente	CAN
Rivestimento in nylon dell'attacco della cappetta, grigio, ritenzione rigida	CAN-G
Transfer per attacco della cappetta	CAT
Modello a sfera calcinabile, 2 sfere per modello	CAB
Rivestimento in nylon dell'attacco della cappetta micro	CANM

Strumenti protesici

Chiavi dinamometriche e cricchetti

Descrizione	Cod. articolo	
Chiave dinamometrica protesica Coppia regolabile da 10 Ncm a 35 Ncm	TWR	
Chiave a cricchetto a coppia ridotta con indicatore (include adattatore dispositivo di bloccaggio C9980)	L-TIRW	
Adattatore standard ISO 1797 dispositivo di bloccaggio per chiave a cricchetto a coppia ridotta con indicatore	C9980	
Cricchetto di ritenzione quadrato GemLock per restauri con HX1.25, HXL1.25 e SRT	RSR	

NOTA: non serrare le viti chirurgiche e protesiche oltre la coppia raccomandata indicata nel manuale tecnico e/o nelle istruzioni per l'uso.

Driver esagonali 1,25 mmD per viti chirurgiche e protesiche

Descrizione	Modalità d'uso	Cod. articolo	
Driver esagonale, corto, con ritenzione GemLock, 1,25 mmD, 22 mmL	Manuale	HXGR1.25	
Driver esagonale, lungo, con ritenzione GemLock, 1,25 mmD, 30 mmL	Manuale	HXLGR1.25	
Driver esagonale con blocco a scatto per viti protesiche e chirurgiche, corto, 1,25 mmD, 23 mmL; potrebbe essere necessario un manipolo con riduttore di giri	Manipolo, L-TIRW	HX1.25D	
Driver esagonale con blocco a scatto per viti protesiche e chirurgiche, lungo, 1,25 mmD, 26 mmL; potrebbe essere necessario un manipolo con riduttore di giri	Manipolo, L-TIRW	HXL1.25D	
Driver esagonale per chiave dinamometrica, corto, 1,25 mmD, 17 mmL	TWR	TW1.25	
Driver esagonale per chiave dinamometrica, lungo, 1,25 mmD, 22 mmL	TWR	TW1.25L	
Driver esagonale, corto, standard, 1,25 mmD, 17 mmL	RSR	HX1.25	
Driver esagonale, lungo, standard, 1,25 mmD, 22 mmL	RSR	HXL1.25	

Strumenti di rimozione

Descrizione	Modalità d'uso	Cod. articolo	
Strumento di rimozione per abutment NP (2,9 mmD)	Manuale o RSR	CLRT2	
Strumento di rimozione per abutment implantari Internal Hex Incluso nei kit chirurgici TSV TSVKIT e STRKIT	Manuale o RSR	TLRT2	
Strumento di rimozione per viti dell'abutment o viti di fissazione con esagono da 1,25 mmD, in acciaio al carburo Nota: non sterilizzare in autoclave	RSR	SRT	

Ulteriori strumenti e accessori protesici

Descrizione	Cod. articolo	
Vassoio per kit protesico, autoclavabile, vuoto	2320	
Supporto per abutment Necessita di un analogo dell'impianto per collegare gli abutment	ABTH	

Tabella per la disposizione del sistema del kit chirurgico modulare TSX



1

1203G
2,0 mmD
Fresa a rosetta

2

0201G
2,1/1,6 mmD
Fresa pilota conica, 8,0 mm - 11,5 mmL

3

DEG
Prolunga della fresa

4

CLRT2
Strumento di rimozione per abutment NP

5

TLRT2
Strumento di rimozione per abutment con esagono interno

6

PPAR
Strumento di parallelismo (q.tà: 4)

7

EZT28D24G
Fresa a gradini 2,8/2,4 mmD, 22 mmL

8

EZT24G
Fresa 2,4 mmD, 22 mmL

9

TSV23SG
Fresa 2,3 mmD, 16 mmL

10

TSV28SG
Fresa 2,8 mmD, 16 mmL

11

TSV34D28SG
Fresa a gradini 3,4/2,8 mmD, 16 mmL

12

TSV34SG
Fresa 3,4 mmD, 16 mmL

13

TSV38D34SG
Fresa a gradini 3,8/3,4 mmD, 16 mmL

14

TSV38SG
Fresa 3,8 mmD, 16 mmL

15

TSV44D38SG
Fresa a gradini 4,4/3,8 mmD, 16 mmL

16

TSV44SG
Fresa 4,4 mmD, 16 mmL

Modulo frese (incluso in TSXKIT)



Fessure per il posizionamento dell'impianto

20

TSV23G
Fresa 2,3 mmD, 22 mmL

24

TSV38D34G
Fresa a gradini 3,8/3,4 mmD, 22 mmL

28

TSV51D44G
Fresa a gradini 5,1/4,4 mmD, 22 mmL

17

TSV51D44SG
Fresa a gradini TSV51D44SG 5,1/4,4 mmD, 16 mmL

18

TSV51SG
Fresa 5,1 mmD, 16 mmL

19

TSV57D51SG
Fresa a gradini 5,7/5,1 mmD, 16 mmL

21

TSV28G
Fresa 2,8 mmD, 22 mmL

22

TSV34D28G
Fresa a gradini 3,4/2,8 mmD, 22 mmL

23

TSV34G
Fresa 3,4 mmD, 22 mmL

25

TSV38G
Fresa 3,8 mmD, 22 mmL

26

TSV44D38G
Fresa a gradini 4,4/3,8 mmD, 22 mmL

27

TSV44G
Fresa 4,4 mmD, 22 mmL

29

TSV51G
Fresa 5,1 mmD, 22 mmL

30

TSV57D51G
Fresa a gradini 5,7/5,1 mmD, 22 mmL

Modulo strumentazione
(incluso in TSXKIT)



Driver esagonali da 3,0 mm da usare con l'impianto TSV da Ø6,0 mm quando viene rimosso il dispositivo di fissaggio (acquistabili separatamente)

31

ZTIRW
Cricchetto con indicazione di torque elevato (0-90 Ncm)

32

GHX2.5D
Driver esagonale con blocco a scatto GemLock®, 2,5 mm, corto

33

GHX2.5DL
Driver esagonale con blocco a scatto GemLock, 2,5 mm, lungo

34

GHX2.5
Driver esagonale GemLock, 2,5 mm, corto

35

GHX2.5L
Driver esagonale GemLock, 2,5 mm, lungo

36

HX1.25D
Driver esagonale, 1,25 mm, blocco a scatto, corto

37

HXLGR1.25
Driver esagonale GemLock, 1,25 mm, lungo

38

HXGR1.25
Driver esagonale GemLock, 1,25 mm, corto

39

CHD2.1
Driver esagonale GemLock, 2,1 mm, blocco a scatto, corto

40

CHDL2.1
Driver esagonale GemLock, 2,1 mm, blocco a scatto, lungo

41

CHR2.1
Chiave esagonale GemLock, 2,1 mm, corta

42

CHRL2.1
Chiave esagonale GemLock, 2,1 mm, lunga

43

RHX3.0DS
Driver esagonale con blocco a scatto, 3,0 mmD, 21 mmL (acquistabile separatamente)

44

RHX3.0DL
Driver esagonale con dispositivo di bloccaggio, 3,0 mmD, 25 mmL (acquistabile separatamente)

45

RHX3.0RS
Driver esagonale, cricchetto, 3,0 mmD, 17 mmL (acquistabile separatamente)

46

RHX3.0RM
Driver esagonale, cricchetto, 3,0 mmD, 22 mmL (acquistabile separatamente)

Modulo maschiatore **(TAPMOD)**



47
TSXTAP31
3,1 mmD
Maschiatore per osso TSX

48
TSXTAP37
3,7 mmD
Maschiatore per osso TSX

49
TSXTAP41
4,1 mmD
Maschiatore per osso TSX

50
TSXTAP47
4,7 mmD
Maschiatore per osso TSX

51
TSXTAP54
5,4 mmD
Maschiatore per osso TSX

52
TSXTAP60
6,0 mmD
Maschiatore per osso TSX

53
ZOPTT30
3,0 mmD
Maschiatore per osso Eztetic

54
TT3.7
3,7 mmD
Maschiatore per osso TSV

55
TT4.1
4,1 mmD
Maschiatore per osso TSV

56
TT4.7
4,7 mmD
Maschiatore per osso TSV

57
TT6.0
6,0 mmD
Maschiatore per osso TSV

Modulo per restauro dell'arcata completa **(TSXRESTOR)**



68
UMUA-D
Driver multi-unit universale

69
ISO4X4A
Driver con blocco a scatto 4x4

70
HXGR1.25
Driver esagonale GemLock, 1,25 mm, corto

71
HXLGR1.25
Driver esagonale GemLock, 1,25 mm, lungo

72
HX1.25D
1,25 mm Driver esagonale, blocco a scatto, corto

73
HXL1.25D
1,25 mm Driver esagonale, blocco a scatto, lungo

74
TW1.25
1,25 mm Driver esagonale per chiave dinamometrica, corto

75
TW1.25L
1,25 mm Driver esagonale per chiave dinamometrica, lungo

76
ASC-SD24
Cacciavite per canale della vite angolato, 24 mmL

77
ASC-SD30
Cacciavite per canale della vite angolato, 30 mmL

78
Scomparto vuoto

Modulo di profilatura ossea **(TSXBPRO)**



58

BPE2937
Profilatore osseo
NP 2,9 mmD x
3,7 mmP

59

BPE2945
Profilatore osseo
NP 2,9 mmD x
4,5 mmP

60

BPT3535
Profilatore osseo
3,5 mmD x
3,5 mmP

61

BPT3545
Profilatore osseo
3,5 mmD x
4,5 mmP

62

BPT3555
Profilatore osseo
3,5 mmD x
5,5 mmP

63

BPT4545
Profilatore osseo
4,5 mmD x
4,5 mmP

64

BPT4555
Profilatore osseo
4,5 mmD x
5,5 mmP

65

BPT4565
Profilatore osseo
4,5 mmD x
6,5 mmP

66

BPT5765
Profilatore osseo
5,7 mmD x
6,5 mmP

67

Scomparto
vuoto

81

UNPMODTRAY
Vassoio modulare, vuoto, contiene in sicurezza gli strumenti con blocco a scatto
(acquistabile separatamente)

Modulo chiave dinamometrica per restauro **(TSXRESTORTW)**



79

L-TIRW
Chiave a cricchetto con indicazione del torque basso (include adattatore per blocco a scatto C9980)

80

TWR*
Chiave dinamometrica protesica

***NOTA:** il TWR è incluso nel modulo popolato TSXRESTORTW e può essere facoltativamente conservato in due supporti in silicone di sinistra numerati 80. Per il TWR, seguire le istruzioni di sterilizzazione del fabbricante.

Sistema del kit chirurgico modulare TSX per impianti TSX

Informazioni per gli ordini

		TSXKIT | Kit chirurgico TSX	
		TSXSTRKIT | Kit chirurgico iniziale TSX	
Descrizione	**N. articolo**		
Vassoio chirurgico TSX per il modulo frese e strumenti, con coperchio e base (vuoto)	TSXTRAY	•	•
Fresa a rosetta 2,0 mmD	1203G		•
Fresa pilota conica, 2,1/1,6 mmD, 8,0 mm - 11,5 mmL	0201G	•	•
Prolunga della fresa	DEG	•	•
Strumento di rimozione per abutment NP	CLRT2		•
Strumento di rimozione per abutment con esagono interno	TLRT2	•	•
Strumento di parallelismo (q.tà: 4)	PPAR	•	•
Fresa a gradini 2,8/2,4 mmD, 22 mmL	EZT28D24G		•
Fresa 2,4 mmD, 22 mmL	EZT24G		•
Fresa 2,3 mmD, 16 mmL	TSV23SG	•	•
Fresa 2,8 mmD, 16 mmL	TSV28SG	•	•
Fresa a gradini 3,4/2,8 mmD, 16 mmL	TSV34D28SG	•	•
Fresa 3,4 mmD, 16 mmL	TSV34SG	•	•
Fresa a gradini 3,8/3,4 mmD, 16 mmL	TSV38D34SG	•	•
Fresa 3,8 mmD, 16 mmL	TSV38SG	•	•
Fresa a gradini 4,4/3,8 mmD, 16 mmL	TSV44D38SG	•	•
Fresa 4,4 mmD, 16 mmL	TSV44SG		•
Fresa a gradini 5,1/4,4 mmD, 16 mmL	TSV51D44SG		•
Fresa 5,5 mmD, 16 mmL	TSV51SG		•
Fresa a gradini 5,7/5,1 mmD, 16 mmL	TSV57D51SG		•
Fresa 2,3 mmD, 22 mmL	TSV23G	•	•
Fresa 2,8 mmD, 22 mmL	TSV28G	•	•
FRESA A GRADINI 3,4/2,8 mmD, 22 mmL	TSV34D28G	•	•
FRESA 3,4 mmD, 22 MML	TSV34G	•	•
Fresa a gradini 3,8/3,4 mmD, 22 mmL	TSV38D34G	•	•
Fresa 3,8 mmD, 22 mmL	TSV38G	•	•
Fresa a gradini 4,4/3,8 mmD, 22 mmL	TSV44D38G	•	•
Fresa 4,4 mmD, 22 mmL	TSV44G		•
Fresa a gradini 5,1/4,4 mmD, 22 mmL	TSV51D44G		•
Fresa 5,1 mmD, 22 mmL	TSV51G		•
Fresa a gradini 5,7/5,1 mmD, 22 mmL	TSV57D51G		•
Cricchetto con indicazione di torque elevato (0-90 Ncm)	ZTIRW	•	•
Driver esagonale con blocco a scatto GemLock, 2,5 mmD, corto	GHX2.5D	•	•
Driver esagonale con blocco a scatto GemLock, 2,5 mmD, lungo	GHX2.5DL	•	•
Driver esagonale manuale GemLock, 2,5 mmD, corto	GHX2.5	•	•
Driver esagonale manuale GemLock, 2,5 mmD, lungo	GHX2.5L	•	•
Driver esagonale 1,25 mmD, blocco a scatto, corto	HX1.25D	•	•
Driver esagonale GemLock 1,25 mmD, lungo	HXLGR1.25	•	•
Driver esagonale GemLock 1,25 mmD, corto	HXGR1.25	•	•
Driver esagonale GemLock 2,1 mmD, blocco a scatto, corto	CHD2.1		•
Driver esagonale GemLock 2,1 mmD, blocco a scatto, lungo	CHDL2.1		•
Strumento esagonale GemLock 2,1 mmD, corto	CHR2.1		•
Strumento esagonale GemLock 2,1 mmD, lungo	CHRL2.1		•



*I driver esagonali da 3,0 mmD non sono utilizzati con l'impianto TSX.
Il punto indica che l'articolo è incluso nel pacchetto modulare popolato.

Kit TSX, configurazioni modulari

Modulo maschiatori

TAPMOD | Modulo maschiatori TSX TSXTAPMOD | Modulo maschiatori TSX per impianti TSX TSVTAPMOD | Modulo maschiatori TSX per impianti TSV ed Eztetic				
Descrizione	**N. articolo**			
Vassoio modulo maschiatori TSX (vuoto)	**TAPTRAY**	•	•	•
Maschiatore osseo TSX 3,1 mmD	**TSXTAP31**		•	•
Maschiatore osseo TSX 3,7 mmD	**TSXTAP37**		•	•
Maschiatore osseo TSX 4,1 mmD	**TSXTAP41**		•	•
Maschiatore osseo TSX 4,7 mmD	**TSXTAP47**		•	•
Maschiatore osseo TSX 5,4 mmD	**TSXTAP54**		•	•
Maschiatore osseo TSX 6,0 mmD	**TSXTAP60**		•	•
Maschiatore osseo Eztetic 3,0 mmD	**ZOPTT30**	•		•
Maschiatore osseo TSV 3,7 mmD	**TT3.7**	•		•
Maschiatore osseo TSV 4,1 mmD	**TT4.1**	•		•
Maschiatore osseo TSV 4,7 mmD	**TT4.7**	•		•
Maschiatore osseo TSV 6,0 mmD	**TT6.0**	•		•

Modulo di profilatura ossea TSX

Codice articolo	Modulo/Strumenti	Descrizione
TSXBPRO	**Modulo di profilatura ossea TSX** per impianti TSX, TSV ed Eztetic	Include il vassoio profilatori ossei [TSXBPROTRAY] e i profilatori ossei per impianti TSX, TSV ed Eztetic
TSXBPROTRAY	**Modulo di profilatura ossea TSX**	Vassoio (vuoto)
BPE2937	**Profilatore osseo NP**	2,9 mmD X 3,7 mmP
BPE2945	**Profilatore osseo NP**	2,9 mmD X 4,5 mmP
BPT3535	**Profilatore osseo**	3,5 mmD X 3,5 mmP
BPT3545	**Profilatore osseo**	3,5 mmD X 4,5 mmP
BPT3555	**Profilatore osseo**	3,5 mmD X 5,5 mmP
BPT4545	**Profilatore osseo**	4,5 mmD X 4,5 mmP
BPT4555	**Profilatore osseo**	4,5 mmD X 5,5 mmP
BPT4565	**Profilatore osseo**	4,5 mmD X 6,5 mmP
BPT5765	**Profilatore osseo**	5,7 mmD X 6,5 mmP

Modulo arcata completa TSX

Codice articolo	Modulo/Strumenti	Descrizione
TSXRESTOR	**Modulo arcata completa TSX** con strumentazione	Include il vassoio per arcata completa [TSXRESORTRAY] e la strumentazione per il posizionamento alla poltrona di abutment multi-unità universali e TiBase su impianti TSX, TSV ed Eztetic
TSXRESTORTRAY	**Modulo arcata completa TSX**	Vassoio (vuoto)
UMUA-D	**Driver multi-unit universale**	Usato con la chiave dinamometrica TWR per stringere abutment UMUA diritti
ISO4X4A	**Adattatore per driver con blocco ISO**	Usato con la chiave dinamometrica L-TWR per stringere abutment UMUA diritti
HXGR1.25	**Driver esagonale GemLock**	Corto, 1,25 mmD
HXLGR1.25	**Driver esagonale GemLock**	Lungo, 1,25 mmD
HX1.25D	**Driver esagonale, blocco a scatto**	Corto, 1,25 mmD
HXL1.25D	**Driver esagonale, blocco a scatto**	Lungo, 1,25 mmD
TW1.25	**Driver esagonale per chiave dinamometrica**	Corto, 1,25 mmD, utilizzato con la chiave dinamometrica TWR
TW1.25L	**Driver esagonale per chiave dinamometrica**	Lungo, 1,25 mmD, utilizzato con la chiave dinamometrica TWR
ASC-SD24	**Cacciavite per canale della vite angolato**	24 mmL, stringe TiBase al canale della vite angolato
ASC-SD30	**Cacciavite per canale della vite angolato**	30 mmL, stringe TiBase al canale della vite angolato

Modulo per chiave dinamometrica protesica TSX

Codice articolo	Modulo/Strumenti	Descrizione
TSXRESTORTW	**Modulo chiave dinamometrica protesica TSX** con strumentazione	Include il vassoio per chiave dinamometrica protesica [TSXRESOTRTWTRAY], le chiavi dinamometriche protesiche L-TIRW e TWR
TSXRESTORTWTRAY	**Modulo per chiave dinamometrica protesica TSX**	Vassoio (vuoto)
L-TIRW	**Chiave a cricchetto con indicazione di torque basso**	Include l'adattatore per blocco a scatto C9980, utilizzato con i driver con connessione con blocco a scatto
TWR	**Chiave dinamometrica**	Utilizzata con i driver TW1.25 e TW1.25L

Preferenze modulari personali
Informazioni per gli ordini

Kit chirurgico e moduli TSX

Codice articolo	Kit chirurgico	Descrizione
TSXKIT	**Kit chirurgico TSX** per impianti TSX, TSV ed Eztetic	Include vassoio chirurgico [TSXTRAY], modulo frese e modulo strumenti, con strumentazione per posizionare impianti TSX 3,1 mmD, 3,7 mmD, 4,1 mmD, 4,7 mmD, 5,4 mmD e 6,0 mmD, impianti TSV 3,7 mmD, 4,1 mmD, 4,7 mmD e 6,0 mmD e impianti Eztetic 3,1 mmD
TSXSTRKIT	**Kit chirurgico iniziale TSX** per impianti TSX e TSV	Include vassoio chirurgico [TSXTRAY], modulo di fresaggio e modulo strumenti con strumentazione per impianti TSX e TSV 3,7 mmD, 4,1 mmD e 4,7 mmD
TAPMOD	**Modulo maschiatori TSX** per impianti TSX, TSV ed Eztetic	Include il vassoio maschiatori [TAPTRAY] e i maschiatori ossei TSX, TSV ed Eztetic
TSXTAPMOD	**Modulo maschiatori TSX** per impianti TSX	Include il vassoio maschiatori [TAPTRAY] e i maschiatori ossei TSX
TSVTAPMOD	**Modulo maschiatori TSX** per impianti TSV ed Eztetic	Include il vassoio maschiatori [TAPTRAY] e i maschiatori ossei TSV ed Eztetic
TSXBPRO	**Modulo di profilatura ossea TSX** per impianti TSX, TSV ed Eztetic	Include il vassoio profilatori ossei [TSXBPROTRAY] e i profilatori ossei per impianti TSX, TSV ed Eztetic
TSXRESTOR	**Modulo arcata completa TSX**	Include il vassoio per arcata completa [TSXRESORTRAY] e la strumentazione per il posizionamento alla poltrona di abutment multi-unità universali e TiBase su impianti TSX, TSV ed Eztetic
TSXRESTORTW	**Modulo per chiave dinamometrica protesica TSX**	Include il vassoio per chiave dinamometrica protesica [TSXRESOTRTWTRAY] e le chiavi dinamometriche protesiche L-TIRW e TWR
TSXTRAY	**Vassoio chirurgico TSX**	Vassoi per i moduli frese e strumenti, con coperchio e base (vuoti)
TAPTRAY	**Modulo maschiatori TSX**	Vassoio per modulo maschiatori TSX (vuoto)
TSXBPROTRAY	**Modulo di profilatura ossea TSX**	Vassoio per profilatura ossea (vuoto)
TSXRESTORTRAY	**Modulo arcata completa TSX**	Arcata completa (vuoto)
TSXRESTORTWTRAY	**Modulo per chiave dinamometrica protesica TSX**	Chiave dinamometrica protesica (vuoto)
UNPMODTRAY	**Vassoio modulare**	Vassoio (vuoto), fissa saldamente gli strumenti a scatto ISO

Frese chirurgiche serie Dríva Gold

Frese chirurgiche pilota

Diametro	15 mmL*	16 mmL*	19 mmL	22 mmL*	25 mmL
2,1/1,6 mmD	0201G	—	—	—	—

Frese chirurgiche Dríva

Diametro	15 mmL*	16 mmL*	19 mmL	22 mmL*	25 mmL
2,3 mmD	—	TSV23SG	STR23D19	TSV23G	STR23D25
2,4 mmD	—	—	—	EZT24G	—
2,8 mmD	—	TSV28SG	STR28D19	TSV28G	STR28D25
3,4 mmD	—	TSV34SG	STR34D19	TSV34G	STR34D25
3,8 mmD	—	TSV38SG	STR38D19	TSV38G	STR38D25
5,1 mmD	—	TSV51SG	—	TSV51G	—

Frese chirurgiche scalinate Dríva

Diametro	16 mmL*	19 mmL	22 mmL*	25 mmL	Codice colore
2,8/2,4 mmD	—	—	EZT28D24G	—	Azzurro
3,4/2,8 mmD	TSV34D28SG	STP34D19	TSV34D28G	STP34D25	Verde
3,8/3,4 mmD	TSV38D34SG	STP38D19	TSV38D34G	STP38D25	Bianco
4,4/3,8 mmD	TSV44D38SG	STP44D19	TSV44D38G	STP44D25	Viola
5,1/4,4 mmD	TSV51D44SG**	—	TSV51D44G**	—	—
5,7/5,1 mmD	TSV57D51SG	—	TSV57D51G	—	Giallo

*Le frese 15 mmL, 16 mmL e 22 mmL sono provviste di bande verticali per facilitarne l'identificazione per l'uso con il Kit di stop per frese.
**TSV51D44SG e TSV51D44G sono le frese finali per l'impianto TSX 5,4 mmD in osso ad alta densità; sono frese provvisorie opzionali nella sequenza di fresatura per impianti 6,0 mmD; sono vendute separatamente e non sono incluse nei kit chirurgici.

I contrassegni di profondità sono macchinati e incisi al laser per una maggiore visibilità.
Le bande si trovano a circa 1,25 mm dalla giunzione impianto-abutment
(ad esempio: la banda che indica 13 mm si trova a 14,25 mm dalla punta della fresa).



Frese monopaziente

Descrizione	Quantità	Cod. articolo
Kit di fresatura, monopaziente, lungo, impianto 3,7 mmD, 17 mmL	Fresa a rosetta Fresa pilota 2,3 mmD Fresa scalinata 3,4/2,8 mmD	DSTK3
Kit di fresatura, monopaziente, corto, impianto 3,7 mmD, 11 mmL	Fresa a rosetta Fresa pilota 2,3 mmD Fresa scalinata 3,4/2,8 mmD	DSTK3S
Fresa, monopaziente, lunga, impianto 4,7 mmD, 17 mmL	Fresa scalinata 4,4/3,8 mmD	DST4
Fresa, monopaziente, corta, impianto 4,7 mmD, 11 mmL	Fresa scalinata 4,4/3,8 mmD	DST4S
Fresa, monopaziente, lunga, impianto 6,0 mmD, 17 mmL	Fresa scalinata 5,7/5,1 mmD	DST6
Fresa, monopaziente, corta, impianto 6,0 mmD, 11 mmL	Fresa scalinata 5,7/5,1 mmD	DST6S

Nota: senza irrigazione interna. I kit con frese lunghe sono dotati di contrassegni di profondità per gli impianti da 8, 10, 11,5, 13 e 16 mmL.
I kit con frese corte sono dotati di contrassegni di profondità per gli impianti da 8 e 10 mmL.

Strumenti per il posizionamento dell'impianto

Descrizione	Cod. articolo	
Chiave a cricchetto a coppia elevata con indicatore	ZTIRW	
Cricchetto di ritenzione quadrato GemLock	RSR	
Impugnatura per cacciavite in acciaio inossidabile	SSHS	

Driver esagonali 1,25 mmD

Descrizione	Modalità d'uso	Cod. articolo	
Driver esagonale, corto, per il serraggio di viti chirurgiche e protesiche, 17 mmL	Manuale	HXGR1.25	
Driver esagonale, lungo, per il serraggio di viti chirurgiche e protesiche, 22 mmL	Manuale	HXLGR1.25	
Driver esagonale, corto, con ritenzione GemLock, 22 mmL	Manipolo, L-TIRW	HX1.25D	
Driver esagonale, lungo, con ritenzione GemLock, 30 mmL	Manipolo, L-TIRW	HXL1.25D	
Driver esagonale con dispositivo di bloccaggio per viti chirurgiche e protesiche, corto, 23 mmL Potrebbe essere necessario un manipolo con riduttore di giri	RSR	HX1.25	
Driver esagonale con blocco a scatto per viti protesiche e chirurgiche, lungo, 26 mmL potrebbe essere necessario un manipolo con riduttore di giri	RSR	HXL1.25	

Driver esagonali 2,1 mmD per il posizionamento di impianti TSX 3,1 mmD

Descrizione	Modalità d'uso	Cod. articolo
Fresa esagonale GemLock da 2,1 mm con bloccaggio corta	ZTIRW, RSR, SSHS	CHR2.1
Fresa esagonale GemLock da 2,1 mm con bloccaggio lunga	ZTIRW, RSR, SSHS	CHRL2.1
Chiave esagonale GemLock da 2,1 mm, cricchetto	Manipolo	CHD2.1
Chiave esagonale GemLock da 2,1 mm, cricchetto	Manipolo	CHDL2.1

Driver esagonali 2,5 mmD per il posizionamento di impianti TSX da 3,7 a 6,0 mmD

Descrizione	Modalità d'uso	Cod. articolo
Driver esagonale 2,5 mm con ritenzione GemLock, corto, 17 mmL	ZTIRW, RSR, SSHS	RH2.5
Driver esagonale 2,5 mm con ritenzione GemLock, lungo, 21 mmL	ZTIRW, RSR, SSHS	RHL2.5
Fresa esagonale di ritenzione GemLock 2,5 mm, dispositivo di bloccaggio, 28 mmL	Manipolo	RHD2.5

Strumenti chirurgici

Descrizione	Cod. articolo
Prolunga della fresa	DEG
Perno di parallelismo	PPAR
Fresa a rosetta	1203G
Strumento di rimozione per impianti avvitabili, in acciaio al carburo Nota: non sterilizzare in autoclave	IRT

Strumentazione per chirurgia guidata

Gli impianti TSX possono essere posizionati con una procedura completamente guidata utilizzando il kit di chirurgia guidata RealGUIDE® Z3D™ e la strumentazione mostrata alle pagine 31–32. Le informazioni sul modulo chirurgico parzialmente guidato per TSVKITG sono disponibili a pagina 33.

Kit di chirurgia completamente guidata RealGUIDE Z3D*

Prodotto	Cod. articolo
Kit chirurgico RealGUIDE Z3D (completo)	3DM0070Z
Scatola per kit RealGUIDE Z3D autoclavabile	3DM0070ZUS

*Non approvato in tutti i mercati.

Configurazione

Prodotto	Cod. articolo	
Fresa per perno di fissaggio max. 1.000 giri/min, acciaio inossidabile temprato AISI 420B con rivestimento in DLC	3DM00610Z	
Perno di fissaggio TiAl6V4 ASTM F136	3DM00609Z	
Estensione per chiave dinamometrica max. 50 Ncm, acciaio inossidabile temprato AISI 420F MOD	3DM00623Z	
Connettore quadrato 4 × 4 per manipolo max. 50 Ncm, acciaio inossidabile temprato AISI 420F MOD	3DM00612Z	
Misuratore apertura bocca/misuratore del morso acciaio inossidabile temprato AISI 303	3DM00622Z	
Mucotomo/bisturi circolare Diametro interno: 4,2 mm, max. 100 giri/min, acciaio inossidabile temprato AISI 420F MOD con rivestimento in DLC	3DM00607Z	
Livellatore della cresta ossea max. 600 giri/min, acciaio inossidabile temprato AISI 420B con rivestimento in DLC	3DM00614Z	
Fresa iniziale Fresa per la preparazione del sito dell'impianto, max. 600 giri/min, acciaio inossidabile temprato AISI 420B con rivestimento in DLC	3DM00621Z	
Fresa 2,4×6 mmD max. 800 giri/min, acciaio inossidabile temprato AISI 420B con rivestimento in DLC	3DM00619Z	

Componenti del kit realguide Z3D completamente guidato

Supporti per impianti RealGUIDE Z3D (acciaio inossidabile temprato AISI 420F MOD)

Prodotto	Cod. articolo	
ZimVie TSX/Eztetic 3,1 mmD incl. vite, max 20 giri/min, 50 Ncm	3DM00606ZIM31	
ZimVie TSX 3,7/4,1/4,7 mmD, ZimVie TSV 3,7/4,1 mmD incl. vite, max 20 giri/min, 50 Ncm	3DM00606ZIM35	
ZimVie TSV 4,7 mmD incl. vite, max 20 giri/min, 50 Ncm	3DM00606ZIM47	

Frese RealGUIDE Z3D (acciaio inossidabile temprato AISI 420B con rivestimento in DLC)

Lunghezza	Fresa 2,4 mmD	Fresa a doppio diametro 2,8/2,4 mmD	Fresa a doppio diametro 3,4/2,8 mmD	Fresa a doppio diametro 3,8/3,4 mmD	Fresa a doppio diametro 4,4/3,8 mmD
			max. 800 giri/min		
8 mm	3DM00613.24.080Z	3DM00613.28.080Z	3DM00613.34.080Z	3DM00613.38.080Z	3DM00613.44.080Z
10 mm	3DM00613.24.100Z	3DM00613.28.100Z	3DM00613.34.100Z	3DM00613.38.100Z	3DM00613.44.100Z
11,5 mm	3DM00613.24.115Z	3DM00613.28.115Z	3DM00613.34.115Z	3DM00613.38.115Z	3DM00613.44.115Z
13 mm	3DM00613.24.130Z	3DM00613.28.130Z	3DM00613.34.130Z	3DM00613.38.130Z	3DM00613.44.130Z
16 mm	3DM00613.24.160Z	3DM00613.28.160Z	3DM00613.34.160Z	3DM00613.38.160Z	3DM00613.44.160Z

Accessori RealGUIDE Z3D

Prodotto	Cod. articolo
Manicotto per dima chirurgica Procedura RealGUIDE CAD da 5,05 mm, RealGUIDE 3DM compatibile, kit ZimVie RealGUIDE Z3D, kit Nobel RP (10 pezzi)	3DM00670
Manicotto con perno di fissaggio per dima Procedura RealGUIDE CAD (10 pezzi)	3DM00671

Strumentazione per chirurgia parzialmente guidata

Descrizione	Cod. articolo
Modulo frese per chirurgia guidata Può essere inserito nel Kit TSVKITG per ottenere un Kit per chirurgia guidata completo	GSMOD
Fresa chirurgica Dríva EG 2,3 mmD, 19 mmL	STR23D19
Fresa chirurgica Dríva EG 2,3 mmD, 25 mmL	STR23D25
Fresa chirurgica scalinata Dríva EG 2,8/2,4 mmD, 19 mmL	STP28D19
Fresa chirurgica scalinata Dríva EG 2,8/2,4 mmD, 25 mmL	STP28D25
Fresa chirurgica Dríva EG 2,8 mmD, 19 mmL	STR28D19
Fresa chirurgica Dríva EG 2,8 mmD, 25 mmL	STR28D25
Fresa chirurgica scalinata Dríva EG 3,4/2,8 mmD, 19 mmL	STP34D19
Fresa chirurgica scalinata Dríva EG 3,4/2,8 mmD, 25 mmL	STP34D25
Fresa chirurgica Dríva EG 3,4 mmD, 19 mmL	STR34D19
Fresa chirurgica Dríva EG 3,4 mmD, 25 mmL	STR34D25
Fresa chirurgica scalinata Dríva EG 3,8/3,4 mmD, 19 mmL	STP38D19
Fresa chirurgica scalinata Dríva EG 3,8/3,4 mmD, 25 mmL	STP38D25
Fresa chirurgica Dríva EG 3,8 mmD, 19 mmL	STR38D19
Fresa chirurgica Dríva EG 3,8 mmD, 25 mmL	STR38D25
Fresa chirurgica scalinata Dríva EG 4,4/3,8 mmD, 19 mmL	STP44D19
Fresa chirurgica scalinata Dríva EG 4,4/3,8 mmD, 25 mmL	STP44D25
Inserto modulo chirurgia guidata (vuoto)	GSTRAY
Il kit di tubi adattatori* include 1 esemplare di ciascun tubo adattatore elencato di seguito; Le frese EG vengono utilizzate con il kit di tubi adattatori;	TADKIT
Tubo adattatore 2,3 mmD, A	TAD23A
Tubo adattatore 2,8 mmD, A	TAD28A
Tubo adattatore 3,4 mmD, A	TAD34A
Tubo adattatore 2,3 mmD, B	TAD23B
Tubo adattatore 2,8 mmD, B	TAD28B
Tubo adattatore 3,4 mmD, B	TAD34B
Tubo adattatore 3,8 mmD, B	TAD38B
Tubo adattatore 4,4 mmD, B	TAD44B

*Per l'uso con frese Driva EG e frese Driva provviste di banda verticale.

Kit di stop per frese*

Descrizione	Cod. articolo
Kit completo di stop per frese (frese non incluse)	DSKIT
Set di stop, impianto 8,0 mmL, Fresa Dríva 2,3 – 4,4/3,8 mmD x 17/22 mmL (q.tà 5)	SS8D22
Set di stop, impianto 10 mmL, Fresa Dríva 2,3 – 4,4/3,8 mmD x 17/22 mmL (q.tà 5)	SS10D22
Set di stop, impianto 11,5 mmL, Fresa Dríva 2,3 – 4,4/3,8 mmD x 17/22 mmL (q.tà 5)	SS11D22
Set di stop, impianto 13 mmL, Fresa Dríva 2,3 – 4,4/3,8 mmD x 17/22 mmL (q.tà 5)	SS13D22
Set di stop, impianto 8 mmL, Fresa Dríva 2,3 – 4,4/3,8 mmD x 11/16 mmL (q.tà 5)	SS8D16
Set di stop, impianto 10 mmL, Fresa Dríva 11/16 mmL e impianto 16 mmL - Fresa Dríva 17/22 mmL, Fresa Dríva 2,3 – 4,4/3,8 mmD (q.tà 5)	SS10D16
Set di stop, impianto 11,5 mmL, Fresa Dríva 2,3 – 4,4/3,8 mmD x 11/16 mmL (q.tà 5)	SS11D16
Set di stop, impianto 8 – 16 mmL, Fresa Dríva 5,1 mmD x 11/16 mmL e 17/22 mmL (q.tà 7)	SS51D
Set di stop, impianto 8 – 16 mmL, Fresa Dríva 5,7/5,1 mmD x 11/16 mmL e 17/22 mmL (q.tà 7)	SS57D
Strumento multiuso per frese	MTL

Profilatori ossei

Profilatori ossei per abutment di guarigione Encode®

Piattaforma protesica	Profilo di emergenza	Abutment di guarigione TSV Encode	Connessione TSV
3,5 mm	3,8 mm	TEHA3383/TEEHA333	BPT3545
		TEHA3385/TEEHA335	
		TEHA3387/TEEHA337	
	5,0 mm	TEHA3503/TEEHA353	BPT3555
		TEHA3505/TEEHA355	
4,5 mm	5,0 mm	TEHA4503	BPT4555
		TEHA4505	
	5,6 mm	TEHA4563/TEEHA453	BPT4565
		TEHA4565/TEEHA455	
		TEHA4567/TEEHA457	
	6,0 mm	TEHA4603/TEEHA463	BPT4565
		TEHA4605/TEEHA465	

Profilatori ossei per impianti TSX

Piattaforma protesica	Profilo di emergenza	Connessione Eztetic
2,9 mm	3,7 mm	BPE2937
	4,5 mm	BPE2945

Profilatori ossei per impianti TSX

Piattaforma protesica	Profilo di emergenza	Connessione TSV
3,5 mm	3,7 mm	BPT3535
	4,5 mm	BPT3545
	5,5 mm	BPT3555
4,5 mm	4,5 mm	BPT4545
	5,5 mm	BPT4555
	6,5 mm	BPT4565

Nota: possono essere usati per abutment conici

Note

Per ulteriori informazioni, visitare il sito ZimVie.eu

ZimVie US Corp LLC
4555 Riverside Drive
Palm Beach Gardens, FL 33410
Phone: +1-561-776-6700
Fax: +1-561-776-1272
dentalCS@ZimVie.com

ZimVie Italy s.r.l.
Viale Italia n.205/D
31015 Conegliano (TV)
Tel: + 39-0438-37681
ZimVie.Italy@ZimVie.com

Salvo diverse indicazioni, tutti i marchi e i diritti di proprietà intellettuale qui indicati sono di proprietà di ZimVie Inc. e delle sue società affiliate. Tutti i prodotti sono fabbricati da una o più consociate di ZimVie US Corp LLC del settore dentale (Biomet 3i, LLC, ecc.) e sono distribuiti da ZimVie US Corp LLC e dai suoi partner commerciali autorizzati. Gli analoghi per impianto digitali, gli abutment multi-unit universali e gli abutment OverdenSURE sono fabbricati da Terrats Medical S.L. La chiave a cricchetto con indicazione del torque elevato ZTIRW e la chiave a cricchetto con indicazione del torque basso L-TIRW sono fabbricate da Elos Medtech Pinol A/S. La strumentazione RealGUIDE Z3D è fabbricata da Biomec S.r.l., ad eccezione degli articoli 3DM0070ZUS, 3DM00670 e 3DM00671 che sono fabbricati da 3DIEMME S.r.l. Classificazione UE dei dispositivi medici - abutment e cappette dentali (Classe IIb), analoghi dentali (Classe I), strumenti dentali (Classe IIa), scan body dentale (Classe I), abutment di guarigione dentale (Classe IIb). Impianti dentali (Classe IIb), cappette per impronta (Classe Is). Gli abutment e le cappette dentali sono destinati al restauro di impianti, gli analoghi dentali replicano l'impianto in un modello da laboratorio, gli strumenti dentali servono per posizionare componenti, lo scan body dentale digitalizza i casi implantari, gli abutment di guarigione dentali modellano il tessuto molle durante la guarigione dell'impianto. Gli impianti dentali sono destinati alla sostituzione di denti mancanti o arcate dentali edentule, fornendo un mezzo per l'attacco protesico. Le cappette per impronta sono destinate ad agevolare il riferimento posizionale di un abutment. In Francia, i prodotti qui mostrati non sono rimborsabili. Per gli altri Paesi, consultare le leggi e le normative locali. Per ulteriori informazioni, vedere l'etichetta del singolo prodotto o le istruzioni per l'uso specifiche. L'autorizzazione alla distribuzione dei prodotti e la loro disponibilità potrebbero essere limitate a determinati Paesi/aree geografiche. Questo materiale è destinato esclusivamente ai medici e non include indicazioni o raccomandazioni di carattere medico. È vietata la distribuzione a qualsiasi altro destinatario. Questo materiale non può essere copiato o ristampato senza l'esplicito consenso scritto di ZimVie. ZVINST0037-EMEA-IT REV F 05/26
©2026 ZimVie. Tutti i diritti riservati.

Il numero NB applicabile a ciascun dispositivo è riportato sull'etichetta del prodotto, se pertinente. CE 2797 CE 0051 CE