Catalogue produits

Système d'implants TSX®

Immediate Molar

ZimVie



ZimVie

Table des matières

Implants TSX Immediate Molar	**5**
Trousse chirurgicale et modules TSX	**6**
Instrumentation chirurgicale	10
Connecteurs de pose pour implant	12
Instruments prothétiques	**13**
Solutions prothétiques	**15**
Piliers de cicatrisation	15
Prises d'empreinte	16
Restaurations provisoires	16
Prothèses numériques	16
Prothèses vissées	17
Composants prothétiques GenTek®	18
Composants pour prothèses scellées	21
Composants en or pour surcoulée	22
Profileur d'os	**22**

REMARQUE : les images dans ce manuel sont représentatives et peuvent ne pas être à l'échelle ou ne pas correspondre à la géométrie ou à la couleur exacte des composants réels.

Super-Pouvoirs

pour des

Super-Héros



Implants TSX Immediate Molar



Implants TSX Immediate Molar

Diamètre de l'implant	Plate-forme implantaire	Connexion hexagonale interne	Longueur de l'implant			
			L 6 mm	L 8 mm	L 10 mm	L 11,5 mm
Ø 7,0 mm	Ø 5,7 mm	Ø 3,0 mm	TSXIM7D6L	TSXIM7D8L	TSXIM7D10L	TSXIM7D115L
Ø 8,0 mm	Ø 5,7 mm	Ø 3,0 mm	TSXIM8D6L	TSXIM8D8L	TSXIM8D10L	TSXIM8D115L
Ø 9,0 mm	Ø 5,7 mm	Ø 3,0 mm	-	TSXIM9D8L	TSXIM9D10L	TSXIM9D115L

Implants TSX

Diamètre de l'implant	Plate-forme implantaire	Connexion hexagonale interne	Longueur de l'implant		
			L 8 mm	L 10 mm	L 11,5 mm
Ø 5,4 mm	Ø 4,5 mm	Ø 2,5 mm	TSX54B8	TSX54B10	TSX54B11
Ø 6,0 mm	Ø 4,5 mm	Ø 2,5 mm	TSX6B8	TSX6B10	TSX6B11

Les implants TSX d'un diamètre de 5,4 mm et 6,0 mm et d'une longueur de 8 mm à 11,5 mm peuvent également être placés avec le kit TSX Immediate Molar, permettant une meilleure préparation du site d'extraction de molaire lorsqu'un implant large n'est pas souhaité ou adapté.

Vis de couverture chirurgicale

Désignation	Référence
Vis de couverture chirurgicale pour plate-forme d'implant Ø 5,7 mm Utilisé avec les implants TSX Immediate Molar Ø 7 mm, Ø 8 mm et Ø 9 mm	TSC5
Vis de couverture chirurgicale pour plate-forme d'implant Ø 4,5 mm Utilisé avec les implants TSX Ø 5,4 mm et Ø 6,0 mm	TSCW

*L 6 mm est disponible uniquement en deux diamètres (Ø 7 mm et Ø 8 mm)

Trousse chirurgicale et modules TSX Immediate Molar



1 **IMDR28L** Foret pointeur pilote Ø 2,8 mm, long

2 **IMDR34TSX** Foret conique TSX Ø 3,4 mm

3 **IMDR38TSX** Foret conique TSX Ø 3,8 mm

4 **IMDR44TSX** Foret conique TSX Ø 4,4 mm

5 **IMDIR34** Jauge de direction Ø 3,4 mm

6 **IMDIR38** Jauge de direction Ø 3,8 mm

7 **IMDIR44** Jauge de direction Ø 4,4 mm



38 Emplacements vides

39 Emplacements pour conditionnement d'implant

8

IMDR56
Foret de façonnage
Ø 5,4 mm,
L 6 mm

9

IMDR66
Foret de façonnage
Ø 6 mm,
L 6 mm

10

IMDR76
Foret de façonnage
Ø 7 mm,
L 6 mm

11

IMDR86
Foret de façonnage
Ø 8 mm,
L 6 mm

12

IMDR96
Foret de façonnage
Ø 9 mm,
L 6 mm

13

IMDI56
Jauge de profondeur
Ø 5,4 mm,
L 6 mm

14

IMDI66
Jauge de profondeur
Ø 6 mm,
L 6 mm

15

IMDI76
Jauge de profondeur
Ø 7 mm,
L 6 mm

16

IMDI86
Jauge de profondeur
Ø 8 mm,
L 6 mm

17

IMDI96
Jauge de profondeur
Ø 9 mm,
L 6 mm

18

IMDR58
Foret de façonnage
Ø 5,4 mm,
L 8 mm

19

IMDR68
Foret de façonnage
Ø 6 mm,
L 8 mm

20

IMDR78
Foret de façonnage
Ø 7 mm,
L 8 mm

21

IMDR88
Foret de façonnage
Ø 8 mm,
L 8 mm

22

IMDR98
Foret de façonnage
Ø 9 mm,
L 8 mm

23

IMDR510
Foret de façonnage
Ø 5,4 mm,
L 10 mm

24

IMDR610
Foret de façonnage
Ø 6 mm,
L 10 mm

25

IMDR710
Foret de façonnage
Ø 7 mm,
L 10 mm

26

IMDR810
Foret de façonnage
Ø 8 mm,
L 10 mm

27

IMDR910
Foret de façonnage
Ø 9 mm,
L 10 mm

28

IMDR511
Foret de façonnage
Ø 5,4 mm,
L 11,5 mm

29

IMDR611
Foret de façonnage
Ø 6 mm,
L 11,5 mm

30

IMDR711
Foret de façonnage
Ø 7 mm,
L 11,5 mm

31

IMDR811
Foret de façonnage
Ø 8 mm,
L 11,5 mm

32

IMDR911
Foret de façonnage
Ø 9 mm,
L 11,5 mm

33

IMDI5
Jauge de profondeur
Ø 5,4 mm,
L 8-11,5 mm

34

IMDI6
Jauge de profondeur
Ø 6 mm,
L 8-11,5 mm

35

IMDI7
Jauge de profondeur
Ø 7 mm,
L 8-11,5 mm

36

IMDI8
Jauge de profondeur
Ø 8 mm,
L 8-11,5 mm

37

IMDI9
Jauge de profondeur
Ø 9 mm,
L 8-11,5 mm

Module d'instruments



40

RHX3.0DL
Connecteur de pose hexagonal pour contre-angle
Ø 3,0 mm, L 25 mm

41

RHX3.0DS
Connecteur de pose hexagonal pour contre-angle
Ø 3,0 mm, L 21 mm

42

RHX3.0RM
Connecteur de pose hexagonal pour clé dynamométrique chirurgicale,
Ø 3,0 mm, L 22 mm

43

RHX3.0RS
Connecteur de pose hexagonal pour clé dynamométrique chirurgicale,
Ø 3,0 mm, L 17 mm

44

HXLGR1.25
Tournevis manuel hexagonal GemLock, long

45

HXGR1.25
Tournevis manuel hexagonal GemLock, court

46

HX1.25D
Tournevis mandrin hexagonal pour contre-angle, court,
Ø 1,25 mm, L 23 mm

47

Emplacements vides

48

ZTIRW
Clé dynamométrique chirurgicale à couple élevé (0-90 Ncm)

Tarauds chirurgicaux (en option)

49

ISOHEXADPT
Adaptateur hexagonal ISO pour clé dynamométrique chirurgicale



50

IMT76
Taraud chirurgical
Ø 7 mm, L 6 mm

53

IMT7
Taraud chirurgical
Ø 7 mm,
L 8-11,5 mm

51

IMT86
Taraud chirurgical
Ø 8 mm, L 6 mm

54

IMT8
Taraud chirurgical
Ø 8 mm,
L 8-11,5 mm

52

IMT96
Taraud chirurgical
Ø 9 mm, L 6 mm

55

IMT9
Taraud chirurgical
Ø 9 mm,
L 8-11,5 mm

Trousse chirurgicale TSX Immediate Molar, complète

Désignation	Référence
Trousse chirurgicale TSX Immediate Molar, complète	IMKITTSX

Remarque : Les tarauds chirurgicaux sont des instruments en option et ne sont pas inclus dans la trousse chirurgicale. Un module de tarauds chirurgicaux peut être acheté séparément et ajouté à la trousse. La trousse chirurgicale contient également un module non rempli avec 10 emplacements vides.

Trousse chirurgicale TSX Immediate Molar Ø 5,4 mm, Ø 6,0 mm uniquement

Désignation	Référence
Trousse chirurgicale TSX Immediate Molar Ø 5,4 mm, Ø 6,0 mm uniquement	IMKITTSX56

Composants de la trousse chirurgicale TSX Immediate Molar

	Réf.	Désignation	IMKITTSX	IMKITTSX56
Foret pointeur pilote	IMDR28L	Foret pointeur pilote pour implant Immediate Molar Ø 2,8 mm, long (30 mm) ◆	X	X
Forets coniques	IMDR34TSX	Foret conique pour implant TSX Immediate Molar Ø 3,4 mm	X	X
	IMDR38TSX	Foret conique pour implant TSX Immediate Molar Ø 3,8 mm	X	X
	IMDR44TSX	Foret conique pour implant TSX Immediate Molar Ø 4,4 mm	X	X
Forets de façonnage	IMDR56	Foret de façonnage pour implant Immediate Molar Ø 5,4 mm, L 6 mm	X	
	IMDR66	Foret de façonnage pour implant Immediate Molar Ø 6 mm, L 6 mm	X	
	IMDR76	Foret de façonnage pour implant Immediate Molar Ø 7 mm, L 6 mm	X	
	IMDR86	Foret de façonnage pour implant Immediate Molar Ø 8 mm, L 6 mm	X	
	IMDR96	Foret de façonnage pour implant Immediate Molar Ø 9 mm, L 6 mm	X	
	IMDR58	Foret de façonnage pour implant Immediate Molar Ø 5,4 mm, L 8 mm	X	X
	IMDR510	Foret de façonnage pour implant Immediate Molar Ø 5,4 mm, L 10 mm	X	X
	IMDR511	Foret de façonnage pour implant Immediate Molar Ø 5,4 mm, L 11,5 mm	X	X
	IMDR68	Foret de façonnage pour implant Immediate Molar Ø 6 mm, L 8 mm	X	X
	IMDR610	Foret de façonnage pour implant Immediate Molar Ø 6 mm, L 10 mm	X	X
	IMDR611	Foret de façonnage pour implant Immediate Molar Ø 6 mm, L 11,5 mm	X	X
	IMDR78	Foret de façonnage pour implant Immediate Molar Ø 7 mm, L 8 mm	X	
	IMDR710	Foret de façonnage pour implant Immediate Molar Ø 7 mm, L 10 mm	X	
	IMDR711	Foret de façonnage pour implant Immediate Molar Ø 7 mm, L 11,5 mm	X	
	IMDR88	Foret de façonnage pour implant Immediate Molar Ø 8 mm, L 8 mm	X	
	IMDR810	Foret de façonnage pour implant Immediate Molar Ø 8 mm, L 10 mm	X	
	IMDR811	Foret de façonnage pour implant Immediate Molar Ø 8 mm, L 11,5 mm	X	
	IMDR98	Foret de façonnage pour implant Immediate Molar Ø 9 mm, L 8 mm	X	
	IMDR910	Foret de façonnage pour implant Immediate Molar Ø 9 mm, L 10 mm	X	
	IMDR911	Foret de façonnage pour implant Immediate Molar Ø 9 mm, L 11,5 mm	X	
Jauge de direction	IMDIR34	Jauge de direction pour implant Immediate Molar Ø 3,4 mm	X	X
	IMDIR38	Jauge de direction pour implant Immediate Molar Ø 3,8 mm	X	X
	IMDIR44	Jauge de direction pour implant Immediate Molar Ø 4,4 mm	X	X

◆ IMDR28S : Foret pour implant Immediate Molar Ø 2,8 mm court (27 mm) disponible séparément.

	Réf.	Désignation	IMKITTSX	IMKITTSX56
Jauge de profondeur	IMDI56	Jauge de profondeur pour implant Immediate Molar Ø 5,4 mm, L 6 mm	X	
	IMDI66	Jauge de profondeur pour implant Immediate Molar Ø 6 mm, L 6 mm	X	
	IMDI76	Jauge de profondeur pour implant Immediate Molar Ø 7 mm, L 6 mm	X	
	IMDI86	Jauge de profondeur pour implant Immediate Molar Ø 8 mm, L 6 mm	X	
	IMDI96	Jauge de profondeur pour implant Immediate Molar Ø 9 mm, L 6 mm	X	
	IMDI5	Jauge de profondeur pour implant Immediate Molar Ø 5,4 mm	X	X
	IMDI6	Jauge de profondeur pour implant Immediate Molar Ø 6 mm	X	X
	IMDI7	Jauge de profondeur pour implant Immediate Molar Ø 7 mm	X	
	IMDI8	Jauge de profondeur pour implant Immediate Molar Ø 8 mm	X	
	IMDI9	Jauge de profondeur pour implant Immediate Molar Ø 9 mm	X	
Connecteurs de pose pour implant	RHX3.0DL	Connecteur de pose hexagonal pour contre-angle Ø 3,0 mm, L 25 mm	X	
	RHX3.0DS	Connecteur de pose hexagonal pour contre-angle Ø 3,0 mm, L 21 mm	X	
	RHX3.0RM	Connecteur de pose hexagonal pour clé dynamométrique chirurgicale, Ø 3,0 mm, L 22 mm	X	
	RHX3.0RS	Connecteur de pose hexagonal pour clé dynamométrique chirurgicale, Ø 3,0 mm, L 17 mm	X	
	GHX2.5D	Connecteur de pose hexagonal pour contre-angle avec rétention GemLock®, Ø 2,5 mm, L 21 mm		X
	GHX2.5DL	Connecteur de pose hexagonal pour contre-angle avec rétention GemLock, Ø 2,5 mm, L 30 mm		X
	GHX2.5	Connecteur de pose hexagonal pour clé dynamométrique chirurgicale avec rétention GemLock, Ø 2,5 mm, L 17 mm		X
	GHX2.5L	Connecteur de pose hexagonal pour clé dynamométrique chirurgicale avec rétention GemLock, Ø 2,5 mm, L 28 mm		X
Tournevis prothétiques	HXGR1.25	Tournevis hexagonal 1,25 mm avec rétention GemLock	X	X
	HXLGR1.25	Tournevis hexagonal 1,25 mm, long avec rétention GemLock	X	X
	HX1.25D	Connecteur de pose hexagonal pour contre-angle Ø 1,25 mm, L 23 mm	X	X
Clé	ZTIRW	Clé dynamométrique chirurgicale à couple élevé	X	X

Tarauds chirurgicaux (en option)

Désignation	Référence
Module de tarauds chirurgicaux TSX Immediate Molar	IMTSXTAPS
Contenu	
Taraud pour implant Immediate Molar Ø 7 mm, L 6 mm	IMT76
Taraud pour implant Immediate Molar Ø 8 mm, L 6 mm	IMT86
Taraud pour implant Immediate Molar Ø 9 mm, L 6 mm	IMT96
Taraud pour implant Immediate Molar Ø 7 mm, L 8-11,5 mm	IMT7
Taraud pour implant Immediate Molar Ø 8 mm, L 8-11,5 mm	IMT8
Taraud pour implant Immediate Molar Ø 9 mm, L 8-11,5 mm	IMT9
Adaptateur hexagonal ISO pour clé dynamométrique chirurgicale* (Permet d'utiliser des tarauds chirurgicaux avec la clé ZTIRW)	ISOHEXADPT

* **Remarque :** Les tarauds chirurgicaux pour implant Immediate Molar ont une connexion ISO Latch spécifique. Cet adaptateur permet l'utilisation manuelle des tarauds chirurgicaux pour implant Immediate Molar lorsqu'il est couplé à la clé dynamométrique chirurgicale à couple élevé ZimVie (ZTIRW).

Plateau et modules vides

Désignation	Référence
Trousse chirurgicale TSX Immediate Molar, vide Comprend un couvercle et une base de trousse chirurgicale, un module d'instruments et chirurgical vide	IMKITTSXUNP
Module chirurgical TSX Immediate Molar, vide	IMTSXDRILLSUNP
Module d'instruments TSX Immediate Molar, vide	IMTSXTOOLINGUNP
Module de tarauds chirurgicaux TSX Immediate Molar, vide	IMTSXTAPSUNP
Support de module, vide Maintient fermement les instruments avec connexion ISO latch	UNPMODTRAY

Instrumentation chirurgicale

Forets pointeurs pilotes

Désignation	Référence
Foret pointeur pilote pour implant Immediate Molar Ø 2,8 mm court	IMDR28S
Foret pointeur pilote pour implant Immediate Molar Ø 2,8 mm long	IMDR28L

Forets coniques

Désignation	Référence
Foret conique pour implant TSX Immediate Molar Ø 3,4 mm	IMDR34TSX
Foret conique pour implant TSX Immediate Molar Ø 3,8 mm	IMDR38TSX
Foret conique pour implant TSX Immediate Molar Ø 4,4 mm	IMDR44TSX

Forets de façonnage

Diamètre	L 6 mm	L 8 mm	L 10 mm	L 11,5 mm
Ø 5,4 mm	IMDR56	IMDR58	IMDR510	IMDR511
Ø 6 mm	IMDR66	IMDR68	IMDR610	IMDR611
Ø 7 mm	IMDR76	IMDR78	IMDR710	IMDR711
Ø 8 mm	IMDR86	IMDR88	IMDR810	IMDR811
Ø 9 mm	IMDR96	IMDR98	IMDR910	IMDR911

Jauges de direction

Désignation	Référence
Jauge de direction pour implant Immediate Molar Ø 3,4 mm	IMDIR34
Jauge de direction pour implant Immediate Molar Ø 3,8 mm	IMDIR38
Jauge de direction pour implant Immediate Molar Ø 4,4 mm	IMDIR44

Jauges de profondeur

Désignation	Référence
Jauge de profondeur pour implant Immediate Molar Ø 5,4 mm, L 6 mm	IMDI56
Jauge de profondeur pour implant Immediate Molar Ø 6 mm, L 6 mm	IMDI66
Jauge de profondeur pour implant Immediate Molar Ø 7 mm, L 6 mm	IMDI76
Jauge de profondeur pour implant Immediate Molar Ø 8 mm, L 6 mm	IMDI86
Jauge de profondeur pour implant Immediate Molar Ø 9 mm, L 6 mm	IMDI96
Jauge de profondeur pour implant Immediate Molar Ø 5,4 mm, L 8-11,5 mm	IMDI5
Jauge de profondeur pour implant Immediate Molar Ø 6 mm, L 8-11,5 mm	IMDI6
Jauge de profondeur pour implant Immediate Molar Ø 7 mm, L 8-11,5 mm	IMDI7
Jauge de profondeur pour implant Immediate Molar Ø 8 mm, L 8-11,5 mm	IMDI8
Jauge de profondeur pour implant Immediate Molar Ø 9 mm, L 8-11,5 mm	IMDI9

Connecteurs de pose pour implant

Connecteur de pose hexagonal Ø 3,0 mm

Compatible avec les implants TSX Immediate Molar Ø 7,0 mm, Ø 8,0 mm et Ø 9,0 mm

Désignation	Mode d'utilisation	Référence	
Connecteur de pose hexagonal pour contre-angle Ø 3,0 mm, L 25 mm	Contre-angle	RHX3.0DL	
Connecteur de pose hexagonal pour contre-angle Ø 3,0 mm, L 21 mm	Contre-angle	RHX3.0DS	
Connecteur de pose hexagonal pour clé dynamométrique chirurgicale, Ø 3,0 mm, L 28 mm	ZTIRW, RSR, SSHS	RHX3.0RL	
Connecteur de pose hexagonal pour clé dynamométrique chirurgicale, Ø 3,0 mm, L 22 mm	ZTIRW, RSR, SSHS	RHX3.0RM	
Connecteur de pose hexagonal pour clé dynamométrique chirurgicale, Ø 3,0 mm, L 17 mm	ZTIRW, RSR, SSHS	RHX3.0RS	

Connecteur de pose hexagonal Ø 2,5 mm

Compatible avec les implants TSX Ø 5,4 mm et Ø 6,0 mm

Désignation	Mode d'utilisation	Référence	
Connecteur de pose hexagonal pour contre-angle avec rétention GemLock, Ø 2,5 mm, L 21 mm	Contre-angle	GHX2.5D	
Connecteur de pose hexagonal pour contre-angle avec rétention GemLock, Ø 2,5 mm, L 30 mm	Contre-angle	GHX2.5DL	
Connecteur de pose hexagonal pour clé dynamométrique chirurgicale avec rétention GemLock, Ø 2,5 mm, L 17 mm	ZTIRW, RSR, SSHS	GHX2.5	
Connecteur de pose hexagonal pour clé dynamométrique chirurgicale avec rétention GemLock, Ø 2,5 mm, L 28 mm	ZTIRW, RSR, SSHS	GHX2.5L	

Clé dynamométrique chirurgicale

Désignation	Référence
Clé dynamométrique chirurgicale à couple élevé	ZTIRW

Instruments prothétiques

Clés dynamométriques prothétiques et chirurgicales

Désignation	Référence
Clé dynamométrique prothétique avec couple de serrage réglable de 10 Ncm à 35 Ncm	TWR
Clé dynamométrique chirurgicale à faible couple (avec adaptateur pour mandrin inclus C9980)	L-TIRW
Adaptateur pour mandrin ISO 1797 pour utilisation manuelle ou avec clé dynamométrique chirurgicale à faible couple	C9980
Clé à cliquet chirurgicale à tête carrée avec rétention GemLock pour utilisation prothétique avec HX1.25, HXL1.25 et SRT	RSR

Remarque : ne pas serrer les vis chirurgicales et prothétiques au-delà du couple recommandé et indiqué dans le manuel technique et/ou la notice d'utilisation.

Tournevis hexagonaux Ø 1,25 mm pour vis chirurgicales et prothétiques

Désignation	Mode d'utilisation	Référence
Tournevis manuel hexagonal, court, avec rétention GemLock Ø 1,25 mm, L 22 mm	Manuel	HXGRl.25
Tournevis manuel hexagonal long avec rétention GemLock, Ø 1,25 mm, L 30 mm	Manuel	HXLGRl.25
Tournevis mandrin hexagonal pour contre-angle, pour vis chirurgicales et prothétiques, court, Ø 1,25 mm, L 23 mm Peut nécessiter un contre-angle à réduction	pour contre-angle et clé dynamométrique L-TIRW	HX1.25D
Tournevis mandrin hexagonal pour contre-angle, pour vis chirurgicales et prothétiques, long, Ø 1,25 mm, L 26 mm Peut nécessiter un contre-angle à réduction	pour contre-angle et clé dynamométrique L-TIRW	HXL1.25D
Tournevis hexagonal, court, pour clé dynamométrique, Ø 1,25 mm, L 17 mm	TWR	TW1.25
Tournevis hexagonal long pour clé dynamométrique, Ø 1,25 mm, L 22 mm	TWR	TW1.25L
Tournevis hexagonal, court, pour clé à cliquet, Ø 1,25 mm, L 17 mm	RSR	HX1.25
Tournevis hexagonal, long, pour clé à cliquet, Ø 1,25 mm, L 22 mm	RSR	HXL1.25

Extracteurs

Désignation	Mode d'utilisation	Référence
Extracteur de pilier pour implant à hexagone interne pour utilisation manuelle ou avec clé à cliquet RSR. TLRT2 inclus dans les trousses chirurgicales TSVKITG et STRKITG	Manuel ou RSR	TLRT2
Instrument d'extraction pour vis de pilier ou vis de fixation avec tête hexagonale de Ø 1,25 mm, acier carbure Remarque : Ne pas passer à l'autoclave	RSR	SRT
Extracteur de piliers NP (plate-forme Ø 2,9 mm)	Manuel ou RSR	CLRT2

Instruments et accessoires prothétiques additionnels

Désignation	Référence
Kit prothétique, stérilisable, vide	2320
Porte-analogue/Porte-pilier (nécessite un analogue d'implant pour fixer les piliers)	ABTH
Tournevis pour canal de vis désaxé, L 24 mm	TASCD24
Tournevis pour canal de vis désaxé, L 30 mm	TASCD24
Tournevis hexalobulaire pour vis de fixation hexalobulaire, L 21 mm	ZFX02HLD21
Tournevis hexalobulaire pour vis de fixation hexalobulaire, L 28 mm	ZFX02HLD28
Tournevis hexalobulaire pour vis de fixation hexalobulaire, L 36 mm	ZFX02HLD36

Vis de fixation de remplacement

Désignation	Référence
Vis d'extension 3,0 mm, prise d'empreinte indirecte « pop-in »	HLTE
Vis de fixation de remplacement, prise d'empreinte indirecte « pop-in », piliers Hex-Lock (option longue)	HLTS2
Vis de fixation de remplacement prise d'empreinte directe « pick-up »	DHTS
Vis de fixation de remplacement, longue, Piliers provisoires en PEEK (option longue)	DHTS2
Vis de fixation de remplacement ; piliers en zircone, Hex-Lock Contour 17°, Hex-Lock angulé à 20°	AH20S
Vis de fixation de remplacement, Hex-Lock Contour droit, Hex-Lock court, Piliers Hex-Lock et en or pour surcoulée	MHLAS
Vis de laboratoire pour chape calcinable pour piliers en or pour surcoulée, avec engagement	MTWSD
Vis de laboratoire pour chapes calcinables sur pilier conique	SCWS
Vis de fixation hexalobulaire, Ti-Base avec engagement	ZFX09-ZB-TSV-HLRS
Vis de fixation hexalobulaire, Ti-Base sans engagement	ZFX09-ZB-TSV-HLRS

Solutions prothétiques pour implants Immediate Molar†



Guide de sélection d'un pilier de cicatrisation

Sélection d'un pilier de cicatrisation :

- Déterminer la taille de la plate-forme de l'implant.
- Sélectionner le profil d'émergence qui convient le mieux au site restauré, lors de l'utilisation d'un transfert d'empreinte traditionnel, le profil doit correspondre au transfert et/ou au pilier utilisé.
- Sélectionner la hauteur du pilier de cicatrisation de façon à ce que la partie supérieure du composant dépasse légèrement au-dessus de la gencive.

Piliers de cicatrisation Encode® Emergence

Les piliers de cicatrisation Encode Emergence servent également de transfert d'empreinte pour permettre la conception de piliers personnalisés

Diamètre de la plate-forme	Profil d'émergence	Hauteur	
		3 mm	5 mm
Ø 5,7 mm	Ø 5,7 mm	TEEHA553	TEEHA555
	Ø 6,8 mm	TEEHA563	TEEHA565
	Ø 7,5 mm	TEEHA573	TEEHA575

Piliers de cicatrisation

Plate-forme implantaire	Profil d'émergence		
		3,0 mm	5,0 mm
Ø 5,7 mm	Ø 6,5 mm	HC563	HC565

†**Remarque :** Pour les composants prothétiques compatibles avec les implants de Ø 5,4 mm et Ø 6,0 mm dotés d'une connexion de 4,5 mm, consulter le catalogue TSX pour des informations détaillées.

Prises d'empreinte

Prises d'empreinte indirectes « pop-in » (procédure avec porte-empreinte fermé)

Code couleur par plate-forme d'implant. Avec vis de fixation.

Plate-forme implantaire	Profil d'émergence
	Ø 6,5 mm
Ø 5,7 mm	HLT5/6
Vis d'extension 3,0 mm pour prise d'empreinte indirecte « pop-in »	HLTE
Vis de fixation de remplacement	HLTS2



Analogues d'implant pour modèles en plâtre

Code couleur par plate-forme d'implant.

Plate-forme implantaire	Référence
Ø 5,7 mm	IA5

Restaurations provisoires

Piliers provisoires en PEEK, droits

Avec vis de fixation et vis longue de façonnage (DHTS2).

Plate-forme implantaire	Profil d'émergence	Hauteur transgingivale	
		1,0 mm	4,0 mm
Ø 5,7 mm	Ø 6,5 mm	PT561S	PT564S
Vis de fixation de remplacement, longue		DHTS2	DHTS2

Prothèses numériques

Prothèses CFAO (matériau : titane)

Conception assistée par ordinateur et précision CFAO avec usinage personnalisé.
Contacter un représentant de ZimVie pour obtenir des informations supplémentaires.

Composants prothétiques GenTek®

Ti-Bases GenTek®

Inclus : vis de fixation hexalobulaires et vis de collage

Hauteur coronaire	Plate-forme prothétique	Hauteur transgingivale	Ti-Base avec engagement	Ti-Base sans engagement
7 mm	Ø 5,7 mm	0,3 mm	ZFX11ZB-TSV57AS03E	ZFX11ZB-TSV57AS03N
		1,3 mm	ZFX11ZB-TSV57AS13E	ZFX11ZB-TSV57AS13N
		2,6 mm	ZFX11ZB-TSV57AS26E	-

Ti-Bases GenTek avec bloc pré-percé

Inclus : vis de fixation et vis de collage

Hauteur coronaire	Plate-forme prothétique	Ti-Base avec engagement	Ti-Base sans engagement
4,7 mm	Ø 5,7 mm	ZFX11-ZB-TSV-5747-EL	ZFX11-ZB-TSV-5747-NEL

Vis pour Ti-Bases GenTek avec bloc pré-percé

Désignation	Ti-Base avec engagement	Ti-Base sans engagement
Vis de fixation	ZFX09-ZB-TSV-RS	ZFX09-ZB-TSV-RS

Premilled en titane

Inclus : vis Gold-Tite

Plate-forme prothétique	Référence
Ø 5,7 mm	ZFX18-ZB-TSV-57

Vis pour premilled en titane

Désignation	Référence
Vis de fixation	ZFX09-ZB-TSV-RS

Scanbodies GenTek

Inclus : Vis

Plate-forme prothétique	Référence
Ø 5,7 mm	ZFX05Z-ZB-TSV-57

Analogues numériques GenTek

Inclus : vis

Plate-forme prothétique	Référence
Ø 5,7 mm	ZFX15Z-ZB-TSV-57

Accessoires pour analogues numériques GenTek

Désignation	Référence
Vis de fixation analogue numérique *(pack de 4 vis)*	ZFX15Z-FS

Prothèses vissées

Piliers Multi-Unit Universels droits

Pilier sans engagement, ne s'engage pas dans la connexion hexagonale interne. Ne pas utiliser pour les prothèses unitaires. Coiffe de cicatrisation (UMUA-HCS) vendue séparément.

Plate-forme implantaire	Hauteur transgingivale				
	1,0 mm	2,0 mm	3,0 mm	4,0 mm	5,0 mm
Ø 5,7 mm	UMUA-TSV571S	UMUA-TSV572S	UMUA-TSV573S	UMUA-TSV574S	UMUA-TSV575S

Piliers Multi-Unit Universels angulés, 17°

Les piliers engagent la connexion hexagonale interne. Ne pas utiliser pour des prothèses individuelles (incl. vis de fixation préassemblée).

Plate-forme implantaire	Hauteur transgingivale	
	2,5 mm	3,5 mm
Ø 5,7 mm	UMUA-TSV5725-17S	UMUA-TSV5735-17S

Piliers Multi-Unit Universels angulés, 30°

Les piliers engagent la connexion hexagonale interne. Ne pas utiliser pour des prothèses individuelles (incl. vis de fixation préassemblée).

Plate-forme implantaire	Hauteur transgingivale	
	3,5 mm	4,5 mm
Ø 5,7 mm	UMUA-TSV5735-30S	UMUA-TSV5745-30S

Composants pour prothèses vissées

Coiffe de cicatrisation pour piliers Multi-Unit Universels

La coiffe de cicatrisation se visse sur les piliers Multi-Unit Universels droits et angulés.

Désignation	Référence
Coiffe de cicatrisation pour piliers Multi-Unit Universels	UMUA-HCS

Transfert d'empreinte pour pilier Multi-Unit Universel

Les transferts d'empreinte se visse sur les piliers Multi-Unit Universels droits et angulés pour la prise d'empreinte. Cette méthode transfère la position du pilier.

Désignation	Hauteur	Référence
Transfert d'empreinte pour pilier Multi-Unit Universel, porte-empreinte ouvert avec vis de transfert « pick-up »	—	UMUA-OTIC
Transfert d'empreinte pour pilier Multi-Unit Universel, porte-empreinte fermé « pop-in »	5 mm	UMUA-CTICS
Transfert d'empreinte pour pilier Multi-Unit Universel, porte-empreinte fermé « pop-in », Qté 4	5 mm	UMUA-CTICS4
Transfert d'empreinte pour pilier Multi-Unit Universel, porte-empreinte fermé « pop-in »	8 mm	UMUA-CTICL
Transfert d'empreinte pour pilier Multi-Unit Universel, porte-empreinte fermé « pop-in », Qté 4	8 mm	UMUA-CTICL4

Scanbodies pour pilier Multi-Unit Universel

Le scanbody se visse sur les piliers Multi-Unit Universels droits et angulés.

Désignation	Référence
Scanbody pour pilier Multi-Unit Universel, intraoral	UMUA-SBIO
Scanbody pour pilier Multi-Unit Universel, Ti-Base, Qté 5	UMUA-SBTB5
Scanbody pour pilier Multi-Unit Universel, de laboratoire, inclut la vis de fixation sur Multi-Unit (UMUA-S)	UMUA-SBDT

Ti-Base pour piliers Multi-Unit Universels

La Ti-Base se visse sur piliers Multi-Unit Universels droits et angulés.

Désignation	Hauteur	Référence
Ti-Base T pour piliers Multi-Unit Universels, inclut la vis de fixation sur Multi-Unit (UMUA-S)	6 mm	UMUA-TTS
Ti-Base T pour piliers Multi-Unit Universels, inclut la vis de fixation sur Multi-Unit (UMUA-S)	8 mm	UMUA-TTL

Ti-Base A à canal de vis désaxé sur pilier Multi-Unit Universel

Désignation	Référence
Ti-Base A à canal de vis désaxé sur pilier Multi-Unit Universel Inclut vis pour Ti-Base A à canal de vis désaxé (UMUA-ASCTS)	UMUA-ASCT

Analogue de pilier Multi-Unit Universel pour modèle en plâtre

Désignation	Référence
Analogue de pilier Multi-Unit Universel	UMUA-A

Analogue numérique de pilier Multi-Unit Universel

Désignation	Référence
Analogue numérique de pilier Multi-Unit Universel, vis de fixation de l'analogue incluse	UMUA-DA

Cylindre provisoire de pilier Multi-Unit Universel

Le cylindre provisoire se visse sur les piliers Multi-Unit Universels droits et angulés.

Désignation	Référence
Cylindre provisoire pour pilier Multi-Unit Universel, inclut la vis Multi-Unit (UMUA-S)	UMUA-TCS

Vis de remplacement pour composants Multi-Unit Universels

Désignation	Référence
Vis de fixation pour Multi-Unit Universel	UMUA-S
Vis de fixation pour Ti-Base à canal de vis désaxé sur piliers Multi-Unit Universels	UMUA-ASCTS

Attachement OverdenSURE® pour pilier Multi-Unit Universel

Désignation	Référence
Attachement OverdenSURE pour pilier Multi-Unit Universel	UMUA-ODS

Instrumentation prothétiques pour piliers Multi-Unit Universels

Désignation	Référence
Insert de pose pour pilier Multi-Unit Universel droit	UMUA-D
Adaptateur 4x4, ISO Latch	ISO4X4A
Tournevis mandrin hexalobulaire pour Ti-Base A à canal de vis désaxé L 24 mm	ASC-SD24
Tournevis mandrin hexalobulaire pour Ti-Base A à canal de vis désaxé L 30 mm	ASC-SD30

Composants pour prothèses scellées

Piliers Hex-Lock Contour, droits

Avec vis de fixation (MHLAS).

Plate-forme implantaire	Profil d'émergence	Hauteur transgingivale		
		1,0 mm	2,0 mm	3,0 mm
Ø 5,7 mm	Ø 6,5 mm	ZOA561S	ZOA562S	ZOA563S
Vis de fixation de remplacement		MHLAS	MHLAS	MHLAS

Piliers Hex-Lock Contour, 17°

Inclut une vis de fixation (AH20S).

Plate-forme implantaire	Profil d'émergence	Hauteur transgingivale	
		1,0 mm	2,0 mm
Ø 5,7 mm	Ø 6,5 mm	ZOA561A	ZOA562A
Vis de fixation de remplacement		AH20S	AH20S

Piliers d'essayage Contour et kit d'essayage complet

Plate-forme implantaire	Profil d'émergence	Désignation	Référence
Ø 5,7 mm	Ø 6,5 mm	Kit de 5 piliers d'essayage : Diverses angulations et hauteurs transgingivales	ZOAT56
		3 kits de 5 piliers d'essayage : Toutes les hauteurs et profil d'émergence	ZOATKIT

Piliers Hex-Lock Contour courts

Avec vis de fixation (MHLAS).

Plate-forme implantaire	Profil d'émergence	Hauteur transgingivale	
		1,0 mm	2,0 mm
Ø 5,7 mm	Ø 6,5 mm	SA561	SA562
Vis de fixation de remplacement		MHLAS	MHLAS

Piliers Hex-Lock

Avec vis de fixation (MHLAS).

Plate-forme implantaire	Profil d'émergence
	Ø 6,5 mm
Ø 5,7 mm	HLA5/6
Vis de fixation de remplacement, courte	MHLAS
Vis de fixation de remplacement, longue	HLTS2

Piliers angulés à 20°

Avec vis de fixation.

Plate-forme implantaire	Profil d'émergence	Référence
Ø 5,7 mm	Ø 6,5 mm	A5H20/6
Vis de fixation de remplacement		AH20S

Composants en or pour surcoulée

Piliers en or pour surcoulée, avec engagement

Avec vis de fixation.

Plate-forme implantaire	Référence
Ø 5,7 mm	HLA5G
Vis de fixation de remplacement	MHLAS
Vis de laboratoire pour chape calcinable pour piliers « à surcouler »	MTWSD

Profileur d'os

Plate-forme prothétique	Profil d'émergence	TSV/TM Connexion
Ø 5,7 mm	6,5 mm	BPT5765

Notes

Pour plus d'informations, consulter ZimVie.eu

ZimVie US Corp LLC
4555 Riverside Drive
Palm Beach Gardens, FL 33410
Tel: +1-561-776-6700
Fax: +1-561-776-1272
dentalCS@ZimVie.com

ZimVie France SAS
Bâtiment Québec
19 Rue d'Arcueil
94528 Rungis Cedex
Tel. : 0141-05-43-43
Fax : 0141-05-43-40
ZV.commandes@ZimVie.com

Les images Super-Pouvoirs pour des Super-Héros sont fournies à titre d'illustration uniquement. Les performances du produit dépendent d'une application clinique appropriée et de facteurs individuels propres au patient.
Sauf indication contraire, comme indiqué dans les présentes, toutes les marques de commerce et tous les droits de propriété intellectuelle sont la propriété de ZimVie Inc. et de ses filiales ; et tous les produits sont fabriqués par une ou plusieurs des filiales dentaires de ZimVie US Corp LLC (Biomet 3i, LLC, etc.) et distribués par ZimVie US Corp LLC et par ses partenaires de commercialisation autorisés. Classification au titre du RDM de l'UE : implants dentaires (Classe IIb), piliers dentaires et disques (Classe IIb), Instrumentation (Classe IIa et Classe I), Scanbody (Classe I). Pour plus d'informations sur l'utilisation prévue des dispositifs, consulter le site labeling.ZimVie.com. Les produits présentés ici ne sont pas remboursables en France. Pour les autres pays, veuillez consulter les lois et réglementations locales. Pour plus d'informations sur un produit, consulter l'étiquetage ou la notice d'utilisation du produit en question. L'autorisation et la disponibilité du produit peuvent être limitées à certains pays/certaines régions. Ce document s'adresse uniquement aux praticiens et n'a pas pour objectif de fournir un avis ou des recommandations d'ordre médical. La distribution à tout autre destinataire est formellement interdite. Ce document ne peut être ni copié ni réimprimé sans l'autorisation écrite expresse de ZimVie.
ZVINST0240-EMEA-FR REV 3 07/26 ©2026 ZimVie. Tous droits réservés.

Le numéro de l'ON applicable à chaque dispositif se trouve sur l'étiquetage de produit, le cas échéant.

CE 2797 CE 0123 CE